



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nmm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)

| | |
|---|---|
| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Centrifugy chlazené 2/2018 |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2018-037536 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 25/18/VZ |

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 5.11.2018 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazu včetně odpovědi zadavatele je uvedeno níže.

| Dotaz č. 1 |
|--|
| Znění dotazu: |
| Rádi bychom Vám nabídli 2 ks chlazené centrifugy splňující požadované parametry, která bude mít také požadovanou kapacitu zařízení min. celkový objem 4 x 250 ml a součástí konkrétní nabídnuté sestavy příslušenství bude požadovaný křížový výkyvný rotor s příslušenými kyvetami, adaptéry a krytování kyvet, kdy nabízený rotor bude s rychlostí 4000 RPM, 3095 g a bude mít také vámi požadovanou kapacitu počtu zkumavek na rotor min. 48 ks zkumavek o rozměru 16 x 100 mm. Je nabídnutí tohoto technického řešení pro Vás přípustné? |
| Znění odpovědi: |
| Nabídnutí navrhovaného technického řešení je pro zadavatele přípustné. <i>V té souvislosti zadavatel upravuje technický požadavek na předmět plnění č. 15, a to tak, že původní hodnotu 3200 g nahrazuje hodnotou 3095 g. To znamená, že celý požadavek č. 15 zní: „Min. maximální rychlost centrifugace: 4000 rpm, 3095 g“.</i> |

Rozhodnutí zadavatele

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi, zadavatel rozhodl o úpravě nepodkročitelných technických požadavků na předmět plnění, a to tak, jak je popsáno výše.

Nové znění přílohy č. 2 ZD je přílohou této zprávy s tím, že všechny úpravy jsou v dokumentu zvýrazněny červeně.

Ostatní ustanovení v celé zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změn.



Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s výše popsanou změnou zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona **PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK O CELOU JEJÍ PŮVODNÍ DÉLKU**, a to **do 7.12.2018 do 13:30 hodin**. Otevírání nabídek se uskuteční dne 7.12.2018 ve 13:45 hodin za podmínek uvedených v čl. 15 ZD.


Vzhledem k výše uvedenému zadavatel v souladu s § 212 odst. 4 zákona oznamuje dodavatelům provedení změny informací v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) dne 29.10.2018 pod ev. č. Z2018-037536. Opravný formulář byl zadavatelem odeslán do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU dne 6.11.2018.

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí dodatečných informací využito **elektronických prostředků**. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html**

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si současně!!! se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).

V Novém Městě na Moravě dne 6.11.2018



JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice

Příloha: Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění (nové znění ke dni 6.11.2018)