

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)

| | |
|---|--|
| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Boxy mrazící 2/2018 |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2018-037530 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 24/18/VZ |

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 5.11.2018 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

| Dotaz č. 1 |
|---|
| Znění dotazu: |
| Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení o objemu 482 litrů, kdy jeho kapacita vyjádřená ve vacích 300 ml je 280 ks? |
| Znění odpovědi: |
| <i>Nabídnutí navrhovaného zařízení je pro zadavatele přípustné.</i> <i>V té souvislosti zadavatel upravuje technický požadavek na předmět plnění č. 3, uvedený v příloze č. 2 ZD Technické specifikaci předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění, a to tak, že původní hodnotu 500 l nahrazuje hodnotou 450 l.</i> <i>To znamená, že celý požadavek č. 3 zní: „Objem min. 450 l, možnost zaplnění plazmou v celém obsahu vnitřku mrazícího zařízení“.</i> |

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel dále v souladu s ust. § 99 oznamuje změny/úpravy/zpřesnění zadávacích podmínek resp. některých technických nepodkročitelných požadavků na předmět veřejné zakázky, uvedených v příloze č. 2 ZD pod názvem „Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění“. Jedná se o úpravy níže uvedených technických požadavků:

1. Technický požadavek na předmět plnění č. 6 ve znění: „nastavení teploty do -40°C a více“ zadavatel upravuje tak, že původní hodnotu „-40°C“ nahrazuje hodnotou „-35°C“. To znamená, že celý požadavek č. 6 zní: „nastavení teploty do -35°C a více“
2. Technický požadavek na předmět plnění č. 8 ve znění: „součástí dodávky - vnitřní koše pro uložení plazem, vnitřní šířka košíku v nejužším místě min. 14 cm; alternativou košů mohou být i zásuvky“ zadavatel upřesňuje tak, že nové znění požadavku č. 8 zní: „součástí dodávky - vnitřní koše/zásuvky pro uložení plazem (krabiček s plazmou) o rozměrech 23 x 14 x 3cm (v x š x h) na výšku nebo na šířku“.



Rozhodnutí zadavatele

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi, zadavatel rozhodl o úpravě nepodkročitelných technických požadavků na předmět plnění, a to tak, jak je popsáno výše.

Nové znění přílohy č. 2 ZD je přílohou této zprávy s tím, že všechny úpravy jsou v dokumentu zvýrazněny červeně.

Ostatní ustanovení v celé zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změn.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s výše popsányi změnami zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK O CELOU JEJÍ PŮVODNÍ DÉLKU, a to **do 7.12.2018 do 13:15 hodin**. Otevírání nabídek se uskuteční dne 7.12.2018 ve 13:30 hodin za podmínek uvedených v čl. 15 ZD.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel v souladu s § 212 odst. 4 zákona oznamuje dodavatelům provedení změny informací v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) dne 29.10.2018 pod ev. č. Z2018-037530. Opravný formulář byl zadavatelem odeslán do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU dne 6.11.2018.

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí dodatečných informací využito **elektronických prostředků**. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si **současně!!! se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).**

V Novém Městě na Moravě dne 6.11.2018

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

.....
JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice

Příloha: Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění (*nové znění ke dni 6.11.2018*)