

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Centrifugy chlazené 2/2018
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2018-037536
ev. č. VZ u zadavatele:	25/18/VZ

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 13.11.2018 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazu včetně odpovědi zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1

Znění dotazu:

Dotaz se týká příslušenství bodu č. 14: Je pro Vás přípustné nabídnutí křížového výkyvného rotoru (swing-bucket) s příslušnými kyvetami a adaptéry o celkovém objemu 4 x 100 ml?

Znění odpovědi:

Pro zadavatele je přípustné nabídnutí křížového výkyvného rotoru (swing-bucket) s příslušnými kyvetami a adaptéry o celkovém objemu 4 x 100 ml.

V té souvislosti zadavatel upravuje technický požadavek na předmět plnění č. 14, a to tak, že původní hodnotu 250ml nahrazuje hodnotou 100ml.

To znamená, že celý požadavek č. 14 zní: „Křížový výkyvný rotor (swing-bucket) s příslušnými kyvetami a adaptéry o min. celkovém objemu 4 x 100 ml“.

Rozhodnutí zadavatele

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi, zadavatel rozhodl o úpravě nepodkročitelných technických požadavků na předmět plnění, a to tak, jak je popsáno výše.

Nové znění přílohy č. 2 ZD je přílohou této zprávy s tím, že všechny úpravy jsou v dokumentu zvýrazněny červeně.

Ostatní ustanovení v celé zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změn.



Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s výše popsanou změnou zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona **PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK O CELOU JEJÍ PŮVODNÍ DÉLKU**, a to **do 14.12.2018 do 13:30 hodin**. Otevírání nabídek se uskuteční dne 14.12.2018 ve 13:45 hodin za podmínek uvedených v čl. 15 ZD.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel v souladu s § 212 odst. 4 zákona oznamuje dodavatelům provedení změny informací v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) dne 29.10.2018 pod ev. č. Z2018-037536. Opravný formulář byl zadavatelem odeslán do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU dne 13.11.2018.

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí dodatečných informací využito **elektronických prostředků**. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na **profilu zadavatele** – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si **současně!!!** se stažením ZD **aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).**

V Novém Městě na Moravě dne 13.11.2018

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice

Příloha: Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění (*nové znění ke dni 13.11.2018*)