

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 3

1.1. Název veřejné zakázky:	NMR a přístroje do prostředí NMR – II.
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2018-036702
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Sídlo:	Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ:	00839396
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel obdržel dne 19. 11. 2018 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. V tuto chvíli zadavatel zpracovává odpověď na tuto žádost. Zadavatel předpokládá uveřejnění tohoto vysvětlení ve lhůtě do 4 kalendářních dnů s tím, že minimálně o délku prodloužení s odpovědí bude prodloužena lhůta pro podání nabídek.

DOTAZ 1

Kontext dotazu:

Žadatel dne 13. 11. 2018 požádal zadavatele o posouzení, zda bude v zadávacím řízení zadavatelem akceptována nabídka technického řešení gradientního systému, která představuje rovnocenné řešení k přístroji požadovanému zadavatelem. V rámci odůvodnění dotazu žadatel obsáhle vysvětlil okolnosti, na základě kterých by systém nabízený žadatelem měl být považován za zcela adekvátní technické řešení gradientního systému.¹ Ve vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14. 11. 2018 zadavatel toliko sdělil, že trvá na splnění minimálních technických parametrů stanovených v zadávací dokumentaci.

Z uvedeného vysvětlení není žadateli zcela zřejmé, zda dotazované konstrukční řešení, které bylo popsáno v předchozí žádosti žadatele a které ve srovnání s tradičním gradientním systémem převyšuje předpokládané klinické požadavky zadavatele, bude v zadávacím řízení považováno za souladné se zadávacími podmínkami zadavatele, na jejichž dodržení zadavatel trvá.

V této souvislosti si žadatel dovoluje především upozornit, že dle ZZVZ není zadavatel oprávněn klást bezdůvodné překážky soutěži dodavatelům v zadávacím řízení či některého dodavatele zvýhodňovat a zprostředkovávat mu konkurenční výhodu (viz ust. § 6 a § 36 odst. 1 ZZVZ).

S ohledem na strohé vysvětlení zadávací dokumentace ze strany zadavatele ze dne 14. 11. 2018 není známo, jaké konkrétní potřeby a praktické požadavky vedly zadavatele k nastavení konkrétních hodnot amplitudy gradientního pole a Slew Rate v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Pro případ, že by žadatelem označené technické řešení gradientního systému snad nemělo být považováno za technicky obdobné (rovnocenné) řešení, pročez by v důsledku uvedeného měla být žadateli znemožněna účast v zadávacím řízení (tj. zejména podání řádné nabídky), je řádné odůvodnění potřeb zadavatele zcela stěžejní pro to, aby žadatel zvážil možnosti uplatnění dalších postupů podle ZZVZ k ochraně svých dodavatelských práv a zájmů.

Pokud by odpověď na položený dotaz případně byla negativní, žadatel současně žádá o vysvětlení, jakým způsobem zadavatel zajistí v zadávacím řízení dodržení zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace dle ust. § 6 odst. 2 ZZVZ, a to v kontextu toho, že zadavatel ve srovnání s předchozím (zrušeným) zadávacím řízením („NMR a přístroje do prostředí NMR“) upravil zadávací podmínky v aktuálním zadávacím řízení („NMR a přístroje do prostředí NMR – II.“) tak, aby mohly být splněny jiným dodavatelem v konkurenčním vztahu k žadateli.

S ohledem na skutečnost, že žadatel žádá především o zajištění rovného a objektivního přístupu ke všem dodavatelům při zadávání veřejné zakázky, která je kofinancována s využitím finančních zdrojů Evropské unie, vznáší níže uvedený dotaz (žádost o vysvětlení zadávací dokumentace).

Znění dotazu č. 1:

Bude nabídka přístroje s UHE gradientním systémem, s amplitudou gradientního pole (v každé ose - x, y, z) 36 mT/m a Slew Rate (v každé ose - x, y, z) 150 T/m/s, za bližších podmínek specifikovaných v žádosti

žadatele dne 13. 11. 2018 považována za nabídku obsahující rovnocenné řešení, tedy takovou nabídku, která splňuje zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky?

¹Tuto vysvětlující část žádosti žadatele o vysvětlení zadávací dokumentace, vč. připojené přílohy č. 1, přitom zadavatel neučinil součástí poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1

Vzhledem k délce lhůty zbývající do termínu podání nabídek rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek s tím, že výše uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel vypořádá v rámci následujícího vysvětlení zadávací dokumentace 4. V souvislosti s tím upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: **4. 12. 2018** Čas: **11:00 hodin**

Bod IV.2.7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **4. 12. 2018** Čas: **11:10 hodin**

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.