



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: [alena.sevcikova@nnm.cz](mailto:alena.sevcikova@nnm.cz)

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění  
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Boxy mrazicí 2/2018
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2018-037530
ev. č. VZ u zadavatele:	24/18/VZ

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 21.11.2018 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
<p>Tímto bych vás chtěl požádat o dodatečné technická informace k této veřejné zakázce:</p> <p>V technických parametrech pro zakázku „Skříňové mrazicí boxy“ je požadavek na schválenou distribuci zdravotnického prostředku v ČR.</p> <p>V zákoně o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. je jasně definováno, kdy se jedná o zdravotnický prostředek (paragraf 2 a 3).</p> <p>Mrazicí box v žádném případě nespadá pod zdravotnický prostředek, jelikož není používán pro diagnostické nebo léčebné účely s přímým použitím u člověka. U jakéhokoliv mrazicího boxu se jedná pouze o laboratorní přístroj. Pro informaci přikládám citaci ze zákona o zdravotních prostředcích. Z tohoto důvodu není potřebné posouzení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. To, že výrobek splňuje veškeré legislativní požadavky, výrobce indikuje tím, že k danému výrobku vydá prohlášení o shodě s označením CE.</p> <p>Tímto žádáme, z důvodu, že tento požadavek nemá oporu v platné legislativě ZP, o vyjmutí tohoto hodnoticího parametru z této veřejné zakázky.</p>
Znění odpovědi:
<p><b>Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách k veřejné zakázce „Boxy mrazicí 2/2018“ (a nikoliv „Skříňové mrazicí boxy“, jak chybně v textu uvádí tazatel) v celém rozsahu, tj. včetně požadavku na schválenou distribuci zdravotnického prostředku v ČR.</b></p> <p>S ohledem na platnou legislativu (zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a jeho prováděcí předpisy – související vyhlášky a nařízení vlády) je tento požadavek zadavatele oprávněný a odůvodněný - zejména s ohledem na použití předmětu zakázky u poskytovatele zdravotních služeb. Zadavatel dále doplňuje, že zadávací podmínky v daném požadavku odpovídají zadávacím podmínkám nedávno realizované veřejné zakázky zadavatele na stejný předmět veřejné zakázky, kde i sám tazatel se zadávacího řízení účastnil a svým nabízeným plněním splnil zadávací podmínky v celém rozsahu.</p>




### **Uveřejnění a poskytnutí vysvětlení ZD**

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí vysvětlení ZD využito **elektronických prostředků**. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele** – viz [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_196.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html)

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele **za podmínky, že si současně!!! se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).**

V Novém Městě na Moravě dne 23.11.2018

  
.....  
Nemocnice Nové Město na Moravě,  
příspěvková organizace  
JUDr. Věra PALEČKOVÁ  
ředitelka

JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice