

Dodatečné informace č. 1

Název zadavatele: Kraj Vysočina

Sídlo zadavatele: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

IČO: 70890749

Název veřejné zakázky: „**Dodávka pečovatelských lůžek matrací a nočních stolků**“

Dodatečné informace č. 1

V reakci na dotazy k zadávacím podmínkám ze dne 4. 1. 2019 zadavatel uvádí následující:

Znění dotazu:

Dotaz č. 1

„Dobrý deň pán Kumpa, chcel by som sa opýtať či zadávateľ bude akceptovať v seznamu významných dodávek poskytnutých dodávateľom (bod 6.3 Technická kvalifikace a způsob jejího prokázání - ZD) aj významnú dodávku, ktorá zodpovedá požiadavkám zadávateľa ale je toho času tesne pred ukončením resp. bude ukončená v priebehu 14 dní. Ďakujem.“

Odpověď na dotaz č. 1

Ustanovení § 74 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů stanovuje:

Pokud zadavatel nestanoví v zadávací dokumentaci jinak, považují se doby podle odstavce 2 písm. a) a b) za splněné, pokud byla dodávka, služba nebo stavební práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena; to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby podle odstavce 2 písm. a) a b).

Z tohoto ustanovení vyplývá, že zadavatel nemůže dodávku, která nebude dokončena do doby zahájení tohoto výběrového řízení akceptovat v seznamu významných dodávek.

Dotaz č. 2

„V technické specifikaci lůžek zadavatel mimo jiné uvádí: Lakovaný rám s kovovými sítěmi, jednoduše vyjímatelnými bez nástrojů. Dotaz: Tento parametr zvyhodňuje jediného výrobce pečovatelských lůžek a tím ho považujeme za diskriminační. Bude zadavatel akceptovat ložnou plochu tvořenou kovovými lamelami nebo tvořenou plastovými odnímatelnými díly bez použití nástrojů?“

Odpověď na dotaz č. 2

Vzhledem k administrativnímu pochybení zadavatele došlo ke změně technické specifikace lůžek. Dle aktuální technické specifikace jsou akceptovány lůžka s lakovaným rámem s kovovým roštem a odnímatelnými ochrannými plastovými kryty.

Ostatní změny

Z důvodu administrativního pochybení se přílohy č. 2 a 4 ruší a nahrazují se novými přílohami č. 2 a 4, jejichž znění je součástí těchto dodatečných informací a zároveň jsou nově samostatně zveřejněny jako přílohy zadávací dokumentace.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Vzhledem k charakteru změn zadávací dokumentace – podstatné úpravě předmětu veřejné zakázky, se lhůta pro podání nabídek prodlužuje na celou původní délku, a to do 24. 1. 2019, 11:00 hod..

V Jihlavě, dne 7. 1. 2019

Mgr. Jiří Bína

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Příloha č. 2 zadávací dokumentace (příloha č. 1 Kupní smlouvy)

<u>Specifikace pečovatelských lůžek</u>		
Parametr	Požadavek	Nabídka-doplň uchazeč ano/ne, příp. číselnou hodnotu
109 kusů nových elektricky polohovatelných lůžek typu I. – s dělenými postranicemi		
Ložná plocha		
Vnitřní rozměry min 195 x 85 cm, max. 200 x 90, s možností prodloužení o 20 cm bez použití nástrojů	Ano	
4 dílná ložná plocha	Ano	
Nosnost min. 220 kg	Ano	
Lakovaný rám s kovovým roštem a odnímatelnými ochrannými plastovými kryty	Ano	
Současně elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl	Ano	
Mechanicky polohovatelný lýtkový díl	Ano	
Podstupování zádového a stehenního dílu od pánevního dílu min o 5 až 10 cm	Ano	
Spodní poloha lůžka max. 25 cm	Ano	
Horní poloha lůžka max. 80 cm	Ano	
Postranice		
Dělené postranice v polovině lůžka v poměru 50:50 nebo 60:40 bez prostředního sloupku	Ano	
Spustitelné s pojistkou proti nechtěnému spuštění	Ano	
Min. 4 výškové pozice postranic, nejvyšší pozice min. 35 cm od ložné plochy	Ano	
Postranice zasouvací nikoliv výklopné	Ano	
Čela lůžka		
Pevná dřevěná čela nebo z LTD	Ano	
Dekor dřeva, možnost z výběru minimálně 4 vzorů	Ano	
Panely se zakulaceným designem, u nožní části se zakulaceným madlem z masivního dřeva	Ano	
Podvozek		
4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 50 mm	Ano	

Kolečka nepřesahující půdorys lůžka	Ano	
Kolečka v ochranném krytu, nesmí být kolečka vidět	Ano	
Brždění každé osy zvlášť	Ano	
Ovladač		
Opatřený piktogramy	Ano	
Opatřený mechanickým zámkem	Ano	
Umožňující zdvih ložné plochy	Ano	
Naprogramované automatické polohy „Kardiacké“ křeslo“, „Trendelenburg“ a dále „výstupní poloha pro snadné vstávání“ a „bezpečný spánek, poloha v nejnižší úrovni výšky“	Ano	
Hrazda		
Součástí lůžka bude lakované hrazda s hrazdičkou	Ano	
Nosnost minimálně 75 kg	Ano	
Rukojeť plastová	Ano	
Výškově nastavitelný řemen	Ano	
Norma		
Lůžko musí splňovat normu EN 60601-2-52	Ano	
109 kusů nových antidekubitních matrací		
Rozměr		
Výška matrace minimálně 14 cm	Ano	
Rozměr odpovídající vnitřním rozměrům ložné plochy lůžkům I. a II. typu	Ano	
Typ		
Pasivní antidekubitní matrace min. pro vyšší riziko vzniku dekubitů (III. stupeň)	Ano	
Nosnost minimálně 180 kg	Ano	
Potah		

Paropropustný a voděodolný potah proti vnějším tekutinám	Ano	
Snímatelný potah, zip po celém obvodu, překrytý chlopou proti znečištění	Ano	
Spoje potahu svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra matrace	Ano	
Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými čisticími prostředky	Ano	
Jádro matrace		
Sendvičová z min 2 druhů pěny	Ano	
Spodní nosná pěna tvořená PUR pěnou s hustotou min 50 kg/m ³	Ano	
Vrchní část matrace složené z minimálně tří ergonomických zón	Ano	
Základní jádro s prořezy na spodní straně v místech polohování dílů	Ano	
59 ks nočních stolků typ I. – bez jídelní desky		
Pojízdný noční stolek	Ano	
1x vrchní zásuvka se zámkem, nika, 1x spodní zásuvka vysoká s integrovanou blokadou proti náklonu, uvnitř zásuvek plastové vyjímatelné vložky s vnitřními radiusy pro snadné vyjímání a údržbu a desinfekci	Ano	
rozměr cca: šířka 460 mm; hloubka 420 mm, výška 890 mm	Ano	
Lepený korpus z LTD 18 mm	Ano	
vrchní deska, omyvatelný plastový výlisek se zaoblenými a zvýšenými okraji	Ano	
bezpečnostní lemování rohů korpusu z masivního dřeva buk ve všech rozích, sloupek o rozměrech min. 45x45 mm, odstín odpovídající dekoru lůžka	Ano	
úchytky hliníkové, rozteč 160mm	Ano	
Horní a spodní zásuvka vyjímatelná s kuličkovým 100 % výsuvem a pojistkou proti vypadnutí	Ano	
Odkládací hliníková hrazda na ručník na boční straně stolku	Ano	

V spodní boční části kovový držák na min.2 láhve, v horní části kovový držák na osobní věci, drátěný program, v celé hloubce stolku	Ano	
Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm	Ano	
Kolečka bržděná se speciálním měkčeným běhounem, min. 60 mm	Ano	
50 ks nočních stolků typ II. – s jídelní deskou		
Pojízdný noční stolek s výklopnou jídelní deskou	Ano	
Výklopná plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice	Ano	
Bezpečné ovládání zdvihu mechaniky tlačítkem s ergonomickým plastovým držadlem, s vyloučením možnosti poranění prstů obsluhy	Ano	
Výklopná jídelní deska omyvatelná s integrovaným oblým zvýšeným plastovým orámováním vstříkovaným po celém obvodu desky, vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích.	Ano	
1x vrchní zásuvka se zámkem, nika, 1x spodní zásuvka vysoká s integrovanou blokadou proti náklonu, uvnitř zásuvek plastové vyjímatelné vložky s vnitřními rádiusy pro snadné vyjímání a údržbu a desinfekci	Ano	
rozměr cca: šířka 460 mm; hloubka 420 mm, výška 890 mm	Ano	
Lepený korpus z LTD 18 mm	Ano	
vrchní deska, omyvatelný plastový výlisek se zaoblenými a zvýšenými okraji	Ano	
bezpečnostní lemování rohů korpusu z masivního dřeva buk ve všech rozích, sloupek o rozměrech min. 45x45 mm, odstín odpovídající dekoru lůžka	Ano	
úchytky hliníkové, rozteč 160mm	Ano	
Horní a spodní zásuvka vyjímatelná s kuličkovým 100 % výsuvem a pojistkou proti vypadnutí	Ano	
Odkládací hliníková hrazda na ručník na boční straně stolku	Ano	
V spodní boční části kovový držák na min.2 láhve, v horní části kovový držák na osobní věci, drátěný program, v celé hloubce stolku	Ano	

Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm	Ano	
Kolečka brzděná se speciálním měkčným běhounem, min. 60 mm	Ano	

Nabídková cena

Název zboží	Počet kusů	Cena za kus bez DPH (Kč)	DPH (%)	Cena za kus včetně DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Cena celkem včetně DPH (Kč)
Elektrické polohovatelné lůžko typ I. - s dělenými postranicemi <i>[uchazeč doplní přesnější označení]</i>	109					
Matrace pro lůžka typu I. <i>[uchazeč doplní přesnější označení]</i>	109					
Noční stolky I. - bez jídelní desky <i>[uchazeč doplní přesnější označení]</i>	59					
Noční stolky II. - s jídelní deskou <i>[uchazeč doplní přesnější označení]</i>	50					
Celkem					0,00 Kč	0,00 Kč

Cena zahrnuje všechny náklady na řádné a úplné provedení předmětu poptávky, tj. dodání, doprava, instalace, zaškolení, příp. ostatní související náklady. Nabídková cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětu zakázky.