

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava – Vybavení operačních sálů
Zadávací řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	O-2019-3
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2019-006144

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníky zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se v souladu s § 99 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace.

Dotaz se vztahuje k části 1 veřejné zakázky – Instrumentárium pro abdominální operativu

Dotaz č. 1

Zadavatel v části 1 - Instrumentárium pro abdominální operativu v rámci technické specifikace požaduje dodání:

- Víceramenný retraktor (výrobce Medizintechnik Sattler GmbH, Abdominal Retractor System)
- Retrakční rozvěrač MÜNSTER (výrobce Aesculap AG, MÜNSTER Retraction System)

Tyto rozvěrače jsou svým zadáním přímo specifikované na konkrétní výrobce a nelze je adekvátně nahradit jinou alternativou, čímž výrazně zadavatel limituje možnou účast ostatních dodavatelů. Proto žádáme, zda mohou být rozvěrače z části 1 vyčleněni do samostatné části, anebo zda může zadavatel definovat jiné, na trhu běžnější rozvěrače, které může nabídnout více dodavatelů.

Odpověď zadavatele

Pro část předmětu plnění (víceramenný retraktor a retrakční rozvěrač Münster) je požadován typ instrumentária od konkrétního výrobce. Zadavatel se však zadáním technické specifikace nesnaží žádným způsobem omezovat účast dodavatelů na trhu ČR a EU v zadávacím řízení, pouze postupuje s péčí řádného hospodáře. Zadavatel v současné době na svém pracovišti disponuje retraktory výše uvedených výrobců a má s těmito konkrétními nástroji dlouhodobé zkušenosti.

Retraktory zaručují jednoduchou a spolehlivou manipulaci, operační personál zadavatele má znalosti a zkušenosti s používáním těchto retraktorů, což je v nepřetržitém provozu velkou výhodou. Největším přínosem pořízení uvedených rozvěračů je však právě kompatibilita se stávajícím vybavením. Ta umožňuje v případě potřeby kombinovat jednotlivé komponenty nástrojů mezi sebou, zvyšovat tím možnosti použití a předcházet omezení operačních výkonů v případě ztráty či poškození části rozvěrače. Efektivní využití retraktorů společně s jejich minimální poruchovostí vedou zadavatele k požadavku právě tohoto typu nástrojů.

Zadavatel však zároveň v souladu s principy zákona o zadávání veřejných zakázek připouští nabídku alternativních produktů, které však musí zachovávat veškeré technické, kvalitativní a funkční vlastnosti požadovaného instrumentária (a to včetně kompatibility). Odkazuje se v tomto případě na znění odstavce v článku 3, 3.1. Zadávací dokumentace:

„Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.“

Dotaz se vztahuje k části 2 veřejné zakázky – Instrumentárium pro vaginální operativu

Dotaz č. 2

Prosíme Vás o upřesnění technické specifikace části 2_Instrumentárium pro vaginální operativu u následujících položek.

Položka:

Zrcadlo poševní Kristler horní, prosíme o upřesnění rozměru

Sada dilatátorů Heger 1-13, požadujete rozměry celé (1,0; 2,0; 3,0...) nebo i po půl milimetrech (např. 1,0; 1,5; 2,0; 2,5...)

Děložní kyreta (velká + malá, ostrá + tupá), prosíme o upřesnění velikostí a počtu jednotlivých kusů.

Požadujete 6 ks od každého typu?

Miska kovová malá, prosíme o upřesnění objemu/rozměru?

Miska kovová velká, prosíme o upřesnění objemu/rozměru?

Odpověď zadavatele

Upřesnění technické specifikace vybraného instrumentária pro vaginální operativu:

- zrcadlo poševní Kristler horní – délka 100 mm, šířka 32 mm
- sada dilatátorů Heger 1-13 – zadavatel požaduje všechny velikosti i po půl milimetrech (1,0; 1,5; 2,0; 2,5...)
- děložní kyreta (velká + malá, ostrá + tupá):
 - délka 29 cm, ostrá, pracovní část 1,7 cm – 2 kusy
 - délka 29 cm, ostrá, pracovní část 2,2 cm – 2 kusy
 - délka 29 cm, tupá, pracovní část 2 cm – 1 kus
 - délka 29 cm, tupá, pracovní část 2,8 cm – 1 kus
- miska kovová malá – objem 150 ml
- miska kovová velká – objem 500 ml

Zadavatel připouští odchylku od číselných parametrů o +/- 10 %.

Dotaz se vztahuje k části 3 veřejné zakázky – Instrumentárium pro laparoskopickou operativu

Dotaz č. 3

V specifikaci pro Instrumentárium - 2 sady je uvedena specifikace:

"Laparoskopické nástroje klasické – délka minimálně 310 mm, maximálně 360 mm, resterilizovatelné".

V samotné specifikaci pod nadpisem nástroje a pomůcky je však u většiny nástrojů, jako jsou nůžky, disektory, graspery, babcocky, retraktory nebo koagulační kleště uvedena hodnota délky těchto nástrojů minimálně 36 cm. Tyto dvě specifikace si tedy vzájemně odporují a jsou tedy v kompletním

nesouhlasu. Jednak laparoskopický nástroj délky minimálně 36 cm, tj. 36 cm a více je již v oblasti bariatrických nástrojů, tj. nevhodných na standardní onkogynekologickou operativu. Navíc, bariatrické nástroje jsou uvedeny ve zvláštní specifikační sekci jako instrumentarium - 1 sada laparoskopické nástroje prodloužené.

Otázka:

Přeje si zadavatel dodat standardní laparoskopické nástroje délky min. 310 mm, maximálně 360 mm nebo si přeje dodat bariatrické nástroje délky 360 mm a více?

Odpověď zadavatele

Zadavatel jednoznačně definoval požadované délky sad nástrojů v záhlaví každé z tabulek. **Požaduje dodávku dvou sad standardních laparoskopických nástrojů v délce min. 310 až max. 360 mm. Dále jednu sadu bariatrických nástrojů prodloužených, s délkou min. 400 mm až max. 450 mm.** Na této specifikaci trvá.

Zadavatel nicméně připouští, že v důsledku písařské chyby zůstal v technickém popisu jednotlivých laparoskopických nástrojů údaj o jejich délce, který je v rámci daného obecného rozsahu zavádějící. Zadavatel tedy opravuje technickou specifikaci instrumentária pro laparoskopickou operativu, k tomuto účelu uveřejňuje opravenou verzi Technické specifikace předmětu plnění pro část 3 (Příloha č. 3 ZD). Aktualizovaná příloha je dostupná na stejném místě jako zadávací dokumentace, bez omezení, na profilu zadavatele.

Vzhledem k povaze odpovědi zadavatele na dotaz č. 3 se prodlužuje lhůta pro podání nabídek pro část 3 – Instrumentarium pro laparoskopickou operativu, a to do termínu **27. 5. 2019 11:00 hodin**.

Pro ostatní části veřejné zakázky zůstává lhůta pro podání nabídek beze změny.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Veleš, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace