

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Matrace antidekubitní aktivní – II. |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2019-013480 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč |
| IČ: | 00839396 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Nadlimitní |

Zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, která mu byla doručena později, než stanoví § 98 odstavec 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel nemá povinnost na takovou žádost reagovat, a pokud tak učiní, není povinen dodržet zákonem stanovenou lhůtu pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel se rozhodl na tuto pozdě podanou žádost poskytnout následující odpověď:

DOTAZ 1

Zadavatel v otevřeném řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Matrace antidekubitní aktivní - II." požaduje jako minimální technický parametr *automatické nastavení tlaku v celách dle hmotnosti pacienta (detailní popis požadované funkce: systém musí umět stanovit automaticky váhu pacienta, aby podle této hodnoty systém nastavil vhodný tlak v celách).*

Uchazeč si nechal zpracovat posudky na tuto funkci u několika světových výrobců antidekubitních matrací. Tato funkce je velice zavádějící a může ohrozit zdraví pacientů.

Z posudků vyplývá, že podobná funkce na světě neexistuje, existuje pouze funkce, která podle tlaku vyvíjeného na matraci změří aktuální zatížení matrace a tento tlak přepočte na hmotnost, kterou uvádí jako hmotnost pacienta. To je ovšem velice zavádějící, vzhledem k tomu, že se nejedná o hmotnost pacienta, ale úhrnou hmotnost všeho, co se nachází na matraci. (Hmotnost pacienta, osobní věci, oblečení, povlečení, polštáře, a vše další, co matraci zatíží, například i osoba blízká, která si k pacientovi přisedne) Tímto je matrace nafouknuta na významně vyšší tlak a může poškodit zdraví pacienta a způsobit mu zranění.

Většina světových výrobců antidekubitních matrací vyrábí matrace, které fungují na principu manuálního nastavení hmotnosti pacienta s následným automatickým nastavením tlaku v celách.

Prosíme zadavatele aby přezkoumal požadované technické parametry z důvodu možnosti vážného poškození zdraví svých pacientů.

Dotaz : Bude zadavatel místo požadovaného parametru akceptovat standardní automatické nastavení tlaku v matraci podle zadané hmotnosti pacienta?

ODPOVĚĎ 1

Ne, zadavatel trvá na minimální technické specifikaci, která byla součástí zadávací dokumentace.