



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA
IČO:	00179540
název VZ:	Dodávka reagentů a spotřebního materiálu včetně bezplatné výpůjčky koagulometrů
druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/10/2019

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 18. 07. 2019 v 09:43:17 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (žádost o poskytnutí dodatečných informací). Přesné znění žádosti o vysvětlení a vyjádření zadavatele k této žádosti je uvedeno níže.

Dotaz č. 1. :

V příloze č. 1a ZD „technické parametry“ zadavatel u „Záložního koagulometru“ požaduje „stejně možnosti měření parametrů jako na hlavním analyzátoru, stejný SW a uživatelské rozhraní.“

Rozumíme tomu správně, že zadavatel požaduje parametr „Preanalytická kontrola vzorků – „HIL“kontrola, výška naplnění zkumavky, nasátí sraženiny“ i u záložního analyzátoru?

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 1

Ano, zadavatel požaduje parametr „Preanalytická kontrola vzorků – „HIL“kontrola, výška naplnění zkumavky, nasátí sraženiny“ i u záložního analyzátoru

Dotaz č. 2. :

V příloze č. 1a ZD „technické parametry“ zadavatel v hodnocených technických parametrech uvádí „Všechny pozice lze využít jako statimové.“

Rozumíme tomu správně, že se jedná o možnost vložit vzorek v režimu STATIM do jakékoli pozice, která pro vkládání vzorků slouží? Tedy že všechny pozice pro vkládání vzorků jsou současně statimové.

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 1

Ano, jedná o možnost vložit vzorek v režimu STATIM do jakékoli pozice, která pro vkládání vzorků slouží. Všechny pozice pro vkládání vzorků jsou současně statimové.

Dotaz č. 3. :

V příloze č. 1a ZD „technické parametry“ zadavatel požaduje „automatické opakování analýz dle uživatelsky nastavených limitů.“

Je tím chápáno, že opakovaná analýza dle uživatelsky nastavených limitů je prováděna automaticky bez jakéhokoliv zásahu obsluhy a dodatečné manipulace se vzorkem personálem zároveň bez opětovného dodatečného načítání vzorku pro opakovanou analýzu při překročení uživatelsky nastavených limitů?



NEMOCNICE
HAVLÍČKŮV
BROD

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, tel. 569 472 167,
e-mail: monika.chladova@onhb.cz, web: www.onhb.cz

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 1

Ano, opakovaná analýza dle uživatelsky nastavených limitů je prováděna automaticky bez jakéhokoliv zásahu obsluhy a dodatečné manipulace se vzorkem personálem zároveň bez opětovného dodatečného načítání vzorku pro opakovanou analýzu při překročení uživatelsky nastavených limitů.

Uveřejnění vysvětlení:

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace, neomezeně a přímým dálkovým způsobem, tj. na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

V Havlíčkově Brodě dne 23. 07. 2019

Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace