

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název	Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava – Dodávka spektrometrů
Část veřejné zakázky:	Část 4 – VIS spektrofotometr
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P19V00000803
Datum zahájení zadávacího řízení:	22. 8. 2019
Zadavatel	
Název:	Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
IČO :	00090735
Adresa sídla:	Masarykovo náměstí 1224, 586 01 Jihlava
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	RNDr. Karel Malý, Ph.D., ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Ing. Marek Bena, tel. +420 604 119 057, benam@pkvysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_191.html

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo dne 29. 8. 2019 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k části 4 této veřejné zakázky, a v souladu se zákonem a čl. 13 Výzvy k podání nabídek uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele

Společně s dodávkou VIS spektrofotometru je požadováno dodání kyvet : 10; 30; 50 a 100 mm. Rozměry jsou běžné až kyvety šířky 30 mm. Trvá zadavatel na tomto rozměru kyvet ?

Odpověď zadavatele

Požadavek na dodání přístroje umožňující práci s kyvetami 10 mm spolu s dodáním 5 ks těchto kyvet zadavatel stanovil na základě svých oprávněných zájmů (zamýšleného použití přístroje). Zadavatel proto na splnění požadavků stanovených v Příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek nadále trvá.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_191.html a adrese části 4 veřejné zakázky https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_7119.html.

V Jihlavě 30. 8. 2019

.....
RNDr. Karel Malý, Ph. D.
ředitel
elektronicky podepsáno