

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

| Veřejná zakázka                          |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název                                    | Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava – Dodávka spektrometrů                                                                     |
| Část veřejné zakázky:                    | Část 4 – VIS spektrofotometr                                                                                                                                       |
| Identifikátor zakázky (systémové číslo): | P19V00000803                                                                                                                                                       |
| Datum zahájení zadávacího řízení:        | 22. 8. 2019                                                                                                                                                        |
| Zadavatel                                |                                                                                                                                                                    |
| Název:                                   | Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace                                                                                                                    |
| IČO :                                    | 00090735                                                                                                                                                           |
| Adresa sídla:                            | Masarykovo náměstí 1224, 586 01 Jihlava                                                                                                                            |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele:    | RNDr. Karel Malý, Ph.D., ředitel                                                                                                                                   |
| Kontaktní osoba zadavatele:              | Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace<br>Ing. Marek Bena, tel. +420 604 119 057, <a href="mailto:benam@pkvysočina.cz">benam@pkvysočina.cz</a> |
| Profil zadavatele:                       | <a href="https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_191.html">https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_191.html</a>                                            |

**Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace** jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo dne 3. 9. 2019 v 11.15 hod. Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k **části 4** této veřejné zakázky.

Dle § 53 odst. zákona se pro zadávací dokumentaci a zadávací podmínky použijí ustanovení § 96 až 100 obdobně.

Dle ust. § 98 odst. 3 zákona „zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas“.

Dle čl. 13. Výzvy k podání nabídek jsou včasné doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace takové žádosti, které byly zadavateli doručeny nejméně **7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek** (tato lhůta byla přitom zadavatelem stanovena dle ust. § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3 zákona).

**Lhůta pro podání nabídek** dle Výzvy k podání nabídek **uplyne dne 9. 9. 2019 v 9.00 hod.**

Shora uvedená žádost dodavatele proto **byla podána po lhůtě** stanovené zákonem a zadavatelem a nikoliv včas, neboť časové období mezi okamžikem podání žádosti a koncem lhůty pro podání nabídek je **kratší než 4 pracovní dny**.

Dle výše odkazovaného ust. § 98 odst. 3 zákona zadavatel v případě pozdního doručení žádosti dodavatele **není povinen vysvětlení poskytnout**, a pokud je poskytne, platí, že **nemusí dodržet lhůtu** dle zákona, tj. lhůtu **4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek** dle § 54 odst. 5 zákona.

Zadavatel se rozhodl vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout, a proto níže uvádí žádost dodavatele a svou odpověď na ni:

#### Žádost dodavatele

Dobrý den,

1. Je možné nabídnout přístroj se spektrálním rozsahem 325 – 1000 nm?
2. Je možné nabídnout přístroj těžší než 15kg? V nabídce máme spektrofotometr o hmotnosti 18kg.

Děkuji

#### Odpověď zadavatele

Požadavek na dodání přístroje se spektrálním rozsahem minimálně 325 – 1100 nm zadavatel stanovil na základě svých oprávněných zájmů (zamýšleného použití přístroje). Zadavatel přitom není „běžnou“ provozní laboratoří, ale muzeem s různorodými požadavky na provádění analýz. Snížení spektrálního rozsahu by proto zadavatele omezilo při využití přístroje, a proto je pro zadavatele nevýhodné.

Požadavek zadavatele na hmotnost přístroje do 15 kg vychází ze souběžně uvedeného požadavku na „snadno přemístitelný (mobilní) přístroj“. Hranice 15 kg byla stanovena jako maximální z hlediska běžného užívání. Dodání těžšího přístroje by proto bylo pro zadavatele nevýhodné.

Zadavatel proto na splnění požadavků stanovených v Příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek trvá.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_191.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_191.html) a adrese části 4 veřejné zakázky [https://ezak.kr-vysocina.cz/contract\\_display\\_7119.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_7119.html).

V Jihlavě 5. 9. 2019

.....  
**RNDr. Karel Malý, Ph. D.**

ředitel

*elektronicky podepsáno*