

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Endoskopická věž s elektromagnetickou navigací
Zadávací řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	O-2019-7
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2019-030259

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se v souladu s § 99 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

V odstavci Kamerová hlava s možností připojení k mikroskopu, položka č. 19, zadavatel požaduje „min. 3 tlačítka na kamerové hlavě s možností 4 volitelných programů“. Dotaz – Umožní zadavatel dodání kamerové hlavy se 2 tlačítky, ale stejným počtem volitelných programů? Třetí tlačítko je nahrazeno dálkovým ovladačem, kterým je možné kamerovou jednotku ovládat pohodlně ze sterilního prostředí, bez nutnosti manipulace s optikou uvnitř pacienta. Na základě výše uvedeného se ptáme, zdali bude Zadavatel akceptovat nabídku kamerové hlavy se 2 programovatelnými tlačítky, bez jakékoli penalizace? Pokud ne, prosíme o zdůvodnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním zadání z důvodu komfortu operátora při výkonech, tak aby mohl z kamerové hlavy ze sterilního prostředí ovládat celý kamerový systém bez nutnosti dalšího příslušenství. Dálkový ovladač je z pohledu zadavatele nepraktickým řešením.

Dotaz č. 2

V odstavci Elektromagnetická navigace, položka č. 86, zadavatel požaduje „Nástroje s garantovaným počtem použití min. 30““. Dotaz – Dle našich znalostí tento parametr splní pouze řešení výrobce Storz GmbH, které má na českém trhu exkluzivní zastoupení společností Radix CZ s.r.o. Nabízíme nástroje se životností dle návodu výrobce 10x. Životnost nástrojů je opodstatněna jejich flexibilitou, vysokou přesností a libovolnou manipulací bez nutnosti re-kalibrace. Z naší dlouholeté zkušenosti navíc vyplývá, že po 10-ti resterilizačních cyklech exponenciálně klesá přesnost nástrojů na elektromagnetickém principu navigace u většiny světových výrobců. Dále se domníváme, že cenová politika našeho dodavatele je stejně výhodná v přepočtu nákladů na jeden výkon, jako u konkurenčních společností, což může Zadavatel ověřit například hodnocením nákladů na životní cyklus přístroje v rámci VZ. Na základě výše uvedeného se ptáme, zdali bude Zadavatel akceptovat nabídku navigace s nástroji pro 10 použití bez jakékoli penalizace?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat toto řešení v případě, že uchazeč nabídne takový počet nástrojů, které budou mít v součtu garantovaný počet použití min. 30, tzn. při garantovaném počtu použití 10 minimálně 3 nástroje za každý požadovaný nástroj.

Vzhledem k charakteru dotazu a odpovědi (beze změny požadavků) se lhůta pro podávání nabídek **neprodlužuje.**

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Veleš, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace