



## Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: [alena.sevcikova@nmm.cz](mailto:alena.sevcikova@nmm.cz)

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

### Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Zadavatel:              | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| sídlo zadavatele:       | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě               |
| zastoupený:             | JUDr. Věrou Palečkovou                                 |
| IČO:                    | 00842001   |
| název VZ:               | Bronchoskopická sestava                                |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky              |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/19/32   |

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky obdržel dne 20.9.2019 „Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace“. Úplné znění žádosti i vyjádření zadavatele jsou uvedeny níže.

#### Znění žádosti:

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

#### Dotaz č. 1

Zadavatel na straně č.1 výzvy uvádí „Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky dle směrnice nemocnice č. 1/2017 a Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č.07/17 ze dne 15.5.2017 a v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): „Bronchoskopická sestava“ ev. č.: VZ/19/32“.

Zadavatel dále v Technické specifikaci předmětu plnění uvedeným souhrnem technických požadavků jednoznačně vymezuje předmět plnění pouze na přístroje výrobce Olympus, konkrétně pak na videobronchoskop BF-1TH190 a videoprocessor Evis Exera III CV-190. I přesto, že je zadavateli známa skutečnost, že na trhu jsou ještě minimálně dva výrobci se stejně kvalitními nebo kvalitnějšími přístroji, neumožňuje zadávací dokumentace ostatním uchazečům účast ve veřejné zakázce. Přístroje těchto konkurenčních společností slouží ke stejnému medicínskému účelu a jsou úspěšně využívány na pracovištích po celé ČR.

V § 31 zákona č.134/2016 Sb., na nějž se zadavatel odkazuje, se uvádí, že zadavatel je při zadání veřejné zakázky malého rozsahu povinen dodržet zásady podle § 6 téhož zákona. Tento § 6 pojednává o nutnosti dodržování zásady transparentnosti a přiměřenosti. Stejně tak pojednává o zásadě rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Dále pak v Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č.07/17 ze dne 15.5.2017, na něž se zadavatel odkazuje, je v čl.2 uvedeno: „Při procesu zadávání veřejných zakázek a výběru dodavatele musí osoby podílející se na tomto procesu vždy respektovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům je nutné dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.“ A dále také, že „při zadávání veřejných zakázek je zadavatel povinen naplňovat také kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti pro vynaložení veřejných prostředků.“

**Trvá zadavatel na technické specifikaci předmětu plnění, ačkoliv je v rozporu s dokumenty, na jejichž základě byla tato výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu vypsána?**



## Vyjádření zadavatele

Zadavatel nesouhlasí s názorem tazatele, že technická specifikace předmětu plnění je v rozporu se shora citovanými dokumenty a nadále trvá na stanovených zadávacích podmínkách.

### Odůvodnění:

Zadavatel je oprávněn stanovit zadávací podmínky tak, aby vyhovovaly jeho potřebám. V rámci zadávacích podmínek proto zadavatel vymezil technické parametry tak, aby v maximální možné míře zohlednil naplnění stanoveného medicínského účelu – pořídit vysoce sofistikovanou a z hlediska technické úrovně velmi kvalitní zdravotnickou technologii, která bude provádět diagnostiku na vysoké úrovni díky kvalitnímu zobrazení, bude uživatelsky přívětivá pro obsluhující personál a zejména bude maximálně šetrná vůči diagnostikovaným pacientům.

Zadavatel vymezil kvalitativní úroveň předmětu veřejné zakázky tzv. nepodkročitelnými technickými požadavky, které jsou jednoznačně objektivně zdůvodnitelné a vyjadřují účel využití požadovaného plnění zamýšleného zadavatelem, a to mimo jiné i s ohledem na hospodárné, efektivní a účelné vynakládání veřejných prostředků (u hodnotových parametrů pak také zadavatel, v souladu se zásadou nediskriminace, vymezil hodnotové parametry rozsahem min./max.), a to pro případ, že na trhu existují obdobná plnění odpovídající zadavatelem stanovené a požadované kvalitativně-technické úrovni.)

Zadavatel k výše uvedenému doplňuje, že zadávací podmínky může splnit více dodavatelů.

## Uveřejnění a poskytnutí Vysvětlení zadávacích podmínek

Pro vysvětlení zadávacích podmínek je v souladu s článkem 13.2 Výzvy k podání nabídky ze dne 16.9.2019 (dále jen „výzva“) využito elektronických prostředků, tj. toto Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti bude odesláno všem zadavatelům známým dodavatelům prostřednictvím profilu zadavatele v elektronickém systému E-ZAK.

Současně je Vysvětlení zadávacích podmínek uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno úplné znění výzvy, **tj. na profilu zadavatele - viz. odkaz: [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_196.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html)**

*Poznámka zadavatele k žádosti: Zadavatel sděluje, že toto Vysvětlení zadávacích podmínek není zadavatelem poskytováno dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“). Důvodem je skutečnost, že daná veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení v režimu veřejných zakázek malého rozsahu, a to v souladu s ust. § 27 a § 31. Z tohoto důvodu nelze v daném zadávacím řízení ani podávat žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek jmenovitě dle ust. § 98 odst. 3 zákona resp. na toto ustanovení odkazovat, případně vyžadovat dodržování ustanovení v § 98 uvedených (lhůty, postupy aj.).*

V Novém Městě na Moravě dne 23.9.2019

Nemocnice Nové Město na Moravě,  
příspěvková organizace  
JUDr. Věra PALEČKOVÁ  
ředitelka

JUDr. Věra Palečková  
ředitelka nemocnice