

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava – Operační instrumentárium
Zadávací řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	O-2019-9
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2019-036843

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníky zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se v souladu s § 99 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace.

Dotaz se vztahuje k části 1 veřejné zakázky – Instrumentárium pro abdominální operativu

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci pro část 1. Instrumentárium pro abdominální operativu, v sekci ostatní mimo sadu, požaduje Víceramenný retraktor (výrobce Medizintechnik Sattler GmbH, Abdominal Retractor System) Retrakční rozvěrač MÜNSTER (výrobce Aesculap AG, MÜNSTER Retraction System).

Předpokládáme, že uvedení výrobci výše jsou pouze orientační a zadavatel na nich netrvá a bude akceptovat nabídky jakéhokoli výrobce splňující požadavky zadání, aby zadání VZ nebylo považováno za diskriminační.

Odpověď zadavatele: (viz odpověď na dotaz č. 1 Vysvětlení č. 2 v původní zakázce Z019-006144)

Pro část předmětu plnění (víceramenný retraktor a retrakční rozvěrač Münster) je požadován typ instrumentária od konkrétního výrobce. Zadavatel se však zadáním technické specifikace nesnaží žádným způsobem omezovat účast dodavatelů na trhu ČR a EU v zadávacím řízení, pouze postupuje s péčí řádného hospodáře. Zadavatel v současné době na svém pracovišti disponuje retraktory výše uvedených výrobců a má s těmito konkrétními nástroji dlouhodobé zkušenosti.

Retraktory zaručují jednoduchou a spolehlivou manipulaci, operační personál zadavatele má znalosti a zkušenosti s používáním těchto retraktorů, což je v nepřetržitém provozu velkou výhodou. Největším přínosem pořízení uvedených rozvěračů je však právě kompatibilita se stávajícím vybavením. Ta umožňuje v případě potřeby kombinovat jednotlivé komponenty nástrojů mezi sebou, zvyšovat tím možnosti použití a předcházet omezení operačních výkonů v případě ztráty či poškození části rozvěrače. Efektivní využití retraktorů společně s jejich minimální poruchovostí vedou zadavatele k požadavku právě tohoto typu nástrojů.

Zadavatel však zároveň v souladu s principy zákona o zadávání veřejných zakázek připouští nabídku alternativních produktů, které však musí zachovávat veškeré technické, kvalitativní a funkční vlastnosti požadovaného instrumentária (a to včetně kompatibility). Odkazuje se v tomto případě na znění odstavce v článku 3, 3.1. Zadávací dokumentace:

„Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.“

Vzhledem k charakteru dotazu a odpovědi (beze změny požadavků) se lhůta pro podávání nabídek **neprodlužuje.**

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Veleš, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace