

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Nesterilní vyšetřovací rukavice“ – dodatečné informace č. 2**

Dne 27. 11. 2019 byly vzneseny dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci k VZ: Nesterilní vyšetřovací rukavice v bodě 3. technické podmínky je uveden a specifikace a minimální technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Dotaz zní:

Dobrý den,
tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel specifikuje pro poptávané rukavice minimální tloušťku v oblasti dlaně a v oblasti prstu při jednotlivém měření. Připustí zde zadavatel toleranci +- 0,02 mm?
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď 1:

Zadavatel trvá na stávajících požadavcích.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Dne: 2. 12. 2019