

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Endoskopická věž včetně NBI pro ORL ambulanci
Zadávací řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, s uveřejněním výzvy
Evidenční číslo zakázky:	ZMR-2019-24

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto odpovídá na položený dotaz. Vysvětlení uveřejňuje také na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

Zadavatel v řádku 42. technické specifikace u rigidního endoskopu - laryngoskopu požaduje 4 x zvětšení + možnost ostření. Akceptuje zadavatel modernější technické řešení automatického ostření a zvětšení pomocí kamerové hlavy při splnění ostatních technických parametrů?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel akceptuje modernější technické řešení automatického ostření a zvětšení pomocí kamerové hlavy při splnění ostatních technických parametrů.

Vzhledem k povaze otázek a odpovědí se lhůta pro podávání nabídek nemění.

V Jihlavě dne 7. 1. 2020

.....

Ing. Veronika Pysková

Referent marketingu, nákupu a veřejných zakázek