

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava – Operační instrumentárium II
Zadávací řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	O-2020-1
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2020-007694

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníky zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se v souladu s § 99 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace.

Dotazy se vztahují k části 2 veřejné zakázky – Instrumentárium pro laparoskopickou operativu

Dotaz č. 1 - Děložní manipulátor

Zadavatel v technické specifikaci v tabulce „Ostatní – mimo sady“, v části „děložní manipulátor“ uvádí řadu konkrétních požadavků. Jedná se o tyto technické parametry:

- manipulační rukojeť ve tvaru písmene „T“ min. 28x18 cm se závitovým upevněním pracovní tyče a pracovních kloboučků
- manipulační tyč celokovová délka min. 29 cm, na distálním konci se závitem pro upevnění keramických kloboučků
- keramické kloboučky k usazení na čípek

rozměry: průměr 40 mm, délka 30 mm – 1 kus

průměr 35 mm, délka 30 mm – 1 kus

průměr 32 mm, délka 30 mm – 1 kus

- část insertu ve tvaru spirály se závity pro upevnění na pracovní tyč a uchycení pracovních insertů

rozměry: průměr 20 mm – 1 kus

průměr 15 mm – 1 kus

- pracovní insert hladký

rozměry: průměr 6 mm, délka 60 mm – 1 kus

průměr 6 mm, délka 80 mm – 1 kus

průměr 6 mm, délka 100 mm – 1 kus

Z veřejně dostupných prostředků jsme dohledali, že se jedná o specifikaci manipulátoru výrobce Karl Storz. Konkrétně jde o produkt „HOHL uterine manipulator“. Nabízíme alternativu ve formě manipulátoru Secufix od firmy Richard Wolf s univerzální velikostí klouboučků, pracující na principu podtlaku. Tento způsob nabízí mnohem větší flexibilitu, co se velikosti děložního čípku týče, a tudíž na rozdíl od tří velikostí klouboučků nabídne vždy adekvátní uchycení čípku. Zároveň ve smyslu zákona č.134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek by neměly být součástí technické specifikace ty parametry, které definují konkrétního dodavatele.

Ptáme se proto, zda bude zadavatel akceptovat děložní manipulátor s univerzální velikostí kloboučků, který nabízí větší rozsah velikostí děložních čípků?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na svém požadavku systému keramických kloboučků z důvodů resterilizovatelnosti všech dílů manipulátoru a dlouhodobé životnosti s následnými nulovými náklady na spotřební materiál. Jedná tak s péčí řádného hospodáře, zcela v souladu s principy zákona o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel připouští nabídku rovnocenného řešení, nabízené řešení tazatele však nesplňuje požadavek

na resterilizovatelnost všech částí děložního manipulátoru a na základě této skutečnosti se nabízené řešení nepřipouští.

Dotaz č. 2 - Automatický klipovač

Zadavatel v technické dokumentaci v tabulce „Instrumentárium – požadovány dvě sady“, uvádí automatický klipovač s automatickým systémem nabíjení klipů o velikosti M, L. Z této specifikace není jasné, zda Zadavatel požaduje clip applicator s integrovaným zásobníkem klipů, nebo zda požaduje pouze nabíjení klipů do distálního konce, způsobem „nacvaknutí“ klipu z externího zásobníku.

Ptáme se proto, zda bude Zadavatel akceptovat clip applicator s nabíjením klipů do distální části z externího zásobníku?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel svým požadavkem na „automatický klipovač s automatickým systémem nabíjení klipů o velikosti M, L“ jednoznačně stanovil požadavek na automatický systém nabíjení klipů, který externí zásobník klipů nesplňuje. Externí zásobník klipů je pro plánované náročné operační výkony nevyhovující, protože s externím zásobníkem je nutné vždy klipovač pro nabití vysunout. Na základě této skutečnosti zadavatel klipovač s externím zásobníkem klipů nepřipouští.

Dotaz č. 3 - Retractor

Zadavatel v technické dokumentaci v tabulce „Instrumentárium – požadovány dvě sady“, požaduje retraktor 10 mm, délka min. 36 cm, složený ze dvou částí, vějířek s 9 prsty. Nejsme si vědomi existence 9 prstého laparoskopického retraktoru.

Ptáme se proto, zda Zadavatel trvá na retraktoru s 9 prsty?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na retraktoru s 9 prsty a na základě průzkumu trhu se zadavatel ujistil, že tento instrument je na trhu běžně dostupný.

Vzhledem k charakteru dotazů a odpovědí (beze změny požadavků) se lhůta pro podávání nabídek **neprodlužuje.**

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace