

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	
Název:	Dodávka endoskopu – VOŠ a SŠVZZ Třebíč
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P20V00000513
Datum zahájení výběrového řízení:	9. 6. 2020
Zadavatel	
Název:	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
IČO:	60418460
Adresa sídla:	Žižkova 505/2, 67401 Třebíč
Právní forma:	Příspěvková organizace
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Lenka Havlíková, ředitelka
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Bc. Iveta Rabasová, tel. +420 730 588 777, rabasova@pkvysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_155.html

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 11. 6. 2020 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel proto v souladu s čl. 12 Výzvy k podání nabídek uvádí níže přesné znění žádosti dodavatele a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele

1. Zadavatel v technické specifikaci požaduje: „All-in-one: LED světelný zdroj, LCD monitor, videoendoskopy“.

S ohledem na klinické zkušenosti z praxe víme, že integrované monitory u videoendoskopických procesorů nedosahují tak kvalitního rozlišení jak je tomu u monitorů samostatně stojících. Navíc, pro zajištění flexibility a mobility nabízí někteří výrobci systémy se zabudovaným malým kontrolním monitorem s uhlopříčkou 3,5" přímo na hlavě videoendoskopu s integrovaným slotem pro SD kartu (nahrávání foto/video). Odpadá tím potřeba převozu velkého monitoru k terénním výkonům a přesto lze provádět nahrávání záznamu z vyšetření buď na SD kartu nebo přímo na USB klíč, který se zapojuje do videoprocessoru. Obecně platí, že nahrávání na USB je rychlejší, modernější, kvalitnější a práce se záznamy je jednodušší.

Bude zadavatel akceptovat řešení kombinace monitoru, zdroje světla s procesorem a videoendoskopu výše uvedeným způsobem, které nijak nenaruší původně zamýšlený účel a přináší vyšší kvalitu zpracování než Zadavatelem požadovaný systém?

2. Zadavatel v technické specifikaci dále požaduje: „Paměť: slot na SD kartu“.

Aktuálně dodávané systémy již upřednostňují paměťové médium ve formě USB.
Důvody jsou uvedené v dotazu v bodu 1.

Bude zadavatel akceptovat nabídku systému s USB slotem pro ukládání dat?

Odpověď zadavatele

Zadavatel v Příloze č. 1, bod 1.1 Specifikace předmětu plnění, položka č. 1, požaduje jednoznačně splnění požadavku řešení All-in-one: LED světelný zdroj, LCD monitor, videoendoskopy.

Jiná varianta řešení bude hodnocena jako nesplnění požadavku.

Dále zadavatel v Příloze č. 1, bod 1.1 Specifikace předmětu plnění, položka č. 14, požaduje jednoznačně splnění požadavku řešení Paměť: slot na SD kartu.

Jiná varianta řešení bude hodnocena jako nesplnění požadavku.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_155.html a na konkrétní adrese týkající se veřejné zakázky https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_8047.html.

V Třebíči

Vyšší odborná škola a Střední škola
veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
Žižkova 505, 674 23 Třebíč
IČ: 604 18 460 DIČ: CZ60418460

.....
Ing. Lenka Havlíková
ředitelka
elektronicky podepsáno