

**Podlimitní veřejná zakázka
„Laparoskopická věž“ – dodatečné informace č. 1**

Dne 19. 6. 2020 byly vzneseny dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí v Zadávací dokumentaci v části 3. Technické podmínky, minimální technické podmínky pro Atestovaný (MDE) monitor následující:

“Obrazové výstupy alespoň: DVI-D, 12G-SDI”

Dotaz zní:

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace nabídku monitoru s výstupy 2x 12G-SDI a 1x 3G-SDI?

Odpověď 1:

Zadavatel akceptuje navržené obdobné technické řešení za předpokladu, že bude zajištěno plně funkční propojení videoprocessoru s monitorem v požadované kvalitě.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Dne: 19. 6. 2020