

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Zalévací linka pro patologii
Zadávací řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, bez uveřejnění výzvy
Evidenční číslo zakázky:	ZMR-2020-14

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s dotazem, týkajícím se bodu 3.2 Technické specifikace dodávky (Příloha č. 3 ZD). Tímto odpovídá na položený dotaz. Vysvětlení uveřejňuje také na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

Rádi bychom se dotázali, zda bude zadavatel akceptovat:

V technických specifikacích zadavatel požaduje chlazení do min. -10 °C (bod 3.2.). Bylo by pro zadavatele akceptovatelné chlazení do min. -6 °C?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na rozsahu do min. -10 °C (tedy -10 °C a chladnější). Zadavatel tedy neakceptuje pouze -6 °C.

Vzhledem k povaze otázek a odpovědí se lhůta pro podávání nabídek nemění.

V Jihlavě dne 16. 7. 2020

.....

Ing. Veronika Pysková

Referent marketingu, nákupu a veřejných zakázek
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace