



**NEMOCNICE
HAVLÍČKŮV
BROD**

Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 472 111
e-mail: nemocnice@onhb.cz
www.onhb.cz

Výzva k podání nabídek

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky

(dále jen „Výzva“)

výběrové řízení je vypsáno v souladu s „Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek“ ze dne 15. 05. 2017 č. 07/17 jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (dle čl. 8 uvedených Pravidel upravujícího postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky vyšší než 200 000,-- Kč bez DPH)

Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele: **VZ/5/2020**

„3D laparoskopická sestava pro urologii“

Zadavatel:

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

statutární zástupce (orgán): **Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel**

se sídlem: Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 00179540

DIČ: CZ00179540, plátce DPH

příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. značkou Pr 876.

(dále jen „zadavatel“)

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky (dále též jen „VZ“)

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové **3D laparoskopické sestavy** pro centrální operační sály operační sál urologie (dále též jen „**předmět dodávky**“ či „**laparoskopická sestava**“).

Technická specifikace:

viz níže a také viz samostatná příloha č. 2 této Výzvy – technická specifikace.

Kamerová jednotka 3D, 1 kus:

- kamerová jednotka pro práci ve 2D a 3D full HD zobrazení, musí být doložen medicínský atest
- rozlišení kamery min. 1920x1080 pixelů (Full HD, 16:9)
- přednastavené uživatelské módy pro multioborové použití
- výstup min.: HD-SDI, DVI-D, 3G-SDI
- podsvícený displej kamery pro práci v šeru na sále nebo podsvícená ovládací tlačítka

3D kamerová hlava s 3D laparoendoskopem

nebo zadavatel variantně připouští místo 3D kamerové hlavy s 3D laparoendoskopem i

3D videolaparoskop,

a to se specifikacemi, jak uvedeno níže.

Kamerová hlava 3D včetně 3D laparoendoskopu:

- 2x 3 CCD snímací technologie
- rozlišení min. 1920x1080 pixelů (Full HD, 16:9)
- nízká hmotnost kamerové hlavy
- aretace optiky
- min. 2 ovládací tlačítka
- stereoskopická – dvoukanálová laparoskopická optika
- rigidní distální zakončení
- průměr max. 10 mm, délka min. 300 mm, 30° a 0° (**2 kusy** pro možnost volby práce s různým úhlem zobrazení)
- sterilizační košík na optiku.

3D videolaparoskop:

- integrovaný optický systém, který spojuje “optiku s čipem”, kamerovou hlavu a světlovod do jednoho nerozebíratelného celku
- 2x FullHD, 1920x1080 pix. CCD čip v distálním konci endoskopu pro snímání 3D obrazu
- volitelný režim zobrazení 3D/2D s možností přepínání pomocí integrovaného programovatelného tlačítka
- podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta)
- min. 3 programovatelná tlačítka pro ovládání kamerové jednotky

- úhel pohledu 30° a 0°C (**2 kusy** pro možnost volby práce s různým úhlem zobrazení)
- zorné pole min. 67°
- automatické zaostřování obrazu
- eliminace zamlžování distálního konce endoskopu
- vnější průměr videolaparoskopu 10 mm
- pracovní délka min. 330 mm
- délka připojovacího kabelu min. 275 cm
- součástí dodávky pro 3D videolaparoskop musí být i sterilizační kontejner.

LED zdroj studeného světla, 1 ks:

- LED technologie se svítivostí adekvátní k 300 W xenonové výbojce
- životnost lampy min. 10 000 hod.
- automatická regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole
- automatické uzavření světelného výstupu při vytažení světlovodného kabelu
- plynulá regulace intenzity světla
- intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení
- možnost ovládání zdroje světla z tlačítek na kamerové hlavě / endoskopu
- světelný zdroj může být integrovaný jako součást 3D kamerové jednotky.

Insuflátor, 1 ks:

- automatické nastavení a kontrola tlaku v dutině břišní a průtoku plynu
- vysoký stupeň bezpečnosti během operace, ochrana proti přehlnění pacienta
- insuflační médium CO²
- nastavitelná maximální rychlost průtoku min. 45 l/min.
- nastavitelný maximální tlak v dutině břišní min. 25 mm Hg
- možnost řešení odsávání kouře
- přehledné zobrazení údajů nastavení tlaku a průtoku a spotřeby plynu na čelním panelu
- včetně vysokotlaké hadice pro láhev s plynem.

Monitor 3D/2D, 1ks:

- 3D/2D monitor min. 32" min. 1920x1080 pixelů (Full HD, 16:9), musí být doložen medicínský atest
- zobrazení ve 2D a 3D, podpora různých formátů zobrazení
- nastavení monitoru: teplota barvy, úroveň gama, poměr zobrazení
- LED podsvícení
- kontrast: min. 1400:1
- jas: min. 360 cd/m²
- reakční doba: max. 16 ms
- váha max. 14 kg
- vstupy min: 1x DVI, 2x 3G-SDI/HD-SDI /SDI
- antireflexní úprava
- 4ks 3D brýle.

Monitor 2D na samostatném vozíku, 1ks:

- 2D monitor min. 26" min. 1920x1080 pixelů (Full HD, 16:9), musí být doložen medicínský atest
- zobrazení ve 2D, podpora různých formátů zobrazení
- nastavení monitoru: teplota barvy, úroveň gama, poměr zobrazení
- LED podsvícení
- kontrast: min. 1500:1
- jas: min. 500 cd/m²
- reakční doba: max. 10 ms
- váha max. 14 kg
- vstupy min: 1x DVI, 1x 3G-SDI/HD/SD
- samostatný pojízdný stojan pro 2D monitor pro manipulaci na operačním sále
- možnost výškového nastavení monitoru, naklápění monitoru, nastavení monitoru do stran
- zajištění bezpečného upevnění a stability na stojanu, velká brzděná kolečka pro použití na operačním sále
- připojení 2D monitoru k 3D kamerové jednotce (kabel min. 10m 3G-SDI).

Přístrojový vozík, 1ks:

- mobilní vozík pro umístění sestavy nabídnutých přístrojů
- izolační oddělovací transformátor
- mechanické pohyblivé nastavitelné rameno pro upevnění hlavního monitoru
- mechanické pohyblivé nastavitelné rameno pro upevnění monitoru pro záznam a archivaci
- 4 pojízdná kolečka, min. 2 kolečka s brzdou
- manipulační madla pro snadný převoz
- držák tlakové lahve
- držák infuzních vaků
- držák pro nožní pedál
- kanál pro vedení síťových a ostatních kabelů.

Nabízená sestava musí být nová, nepoužitá.**Předmět plnění VZ rovněž zahrnuje:**

- dodávku, instalaci, zprovoznění laparoskopické sestavy a uvedení do provozu
- zprovoznění záznamových, archivačních systémů, uvedení do provozu včetně všech komunikací, přístupů, propojení, softwarů, licencí pro požadovanou funkčnost laparoskopické sestavy
- zaškolení obsluhy na více etap, a to podle provozních a personálních podmínek zadavatele
- součástí nabídky budou kompletní servisní podmínky v záruční době a také v pozáruční době, a to včetně cen, intervalů a rozsahů pravidelných servisních prohlídek, dob nástupů na servis atd.

- zadavatel požaduje na nabídnutou laparoskopickou sestavu plný záruční bezplatný servis po dobu záruky, která musí být minimálně 24 měsíců
- zadavatel požaduje provádění preventivních prohlídek a bezpečnostně technických kontrol (dále jen „BTK“) v záruční době zdarma včetně nutného spotřebního materiálu

Všechny uvedené parametry jsou **minimální, striktně** požadované.

2. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky - **nejnižší celková nabídková cena v Kč (bez DPH).**

VYPLNĚNÁ PŘÍLOHA č. 2 (TECHNICKÁ SPECIFIKACE) JE NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ NABÍDKY!

Účastník uvede, zda laparoskopická sestava požadavky splňuje ANO/NE, číslo stránky, kde je možné údaj v nabídce (v produktovém listu) nalézt.

3. Doba a místo plnění

Zadavatel předpokládá dodávku včetně instalace a uvedení do provozu nejpozději do 60 dnů od účinnosti smlouvy.

Místem plnění je sídlo Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod, centrální operační sály – operační sál urologie. .

Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku:

Ing. Adam Fila, vedoucí technik zdravotnických přístrojů

- telefon: +420 569 472 116; GSM: +420 739 161 516
- e-mail: adam.fila@onhb.cz

Monika Chladová, DiS., administrátorka veřejných zakázek

- telefon: +420 569 472 167; GSM: +420 734 397 363
- e-mail: monika.chladova@onhb.cz
- web: www.onhb.cz.

Ostatní důležité informace:

Veškeré důležité dokumenty event. nové informace týkající se zadávacího řízení jsou uveřejněny (v případě změn budou průběžně uveřejňovány) na **profilu zadavatele**, a to neomezeným, bezplatným a přímým dálkovým způsobem - viz odkaz:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html, kde je zveřejněna i tato zadávací dokumentace včetně všech příloh.

DŮLEŽITÉ!!! Na profilu zadavatele mohou být v průběhu lhůty pro podání nabídek uveřejněny změny či vysvětlení zadávací dokumentaci.

Pokud má dodavatel zájem dostávat k dané veřejné zakázce všechny nové informace přímo od zadavatele (bez nutnosti pravidelně sledovat profil zadavatele), aktivuje si na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. vysvětlení zadávací dokumentace. Aktivace se provádí uvedením kontaktního e-mailu pro zasílání upozornění (službu je možné aktivovat i pro více e-mailových adres). Kontaktní e-mail bude následně sloužit pro veškerou (elektronickou) komunikaci s dodavatelem ve věci zadávacího řízení. Za správnost a úplnost kontaktního e-mailu odpovídá dodavatel.

4. Kvalifikace:

Zadavatel musí splňovat základní a profesní způsobilost (tj. musí mít schopnost schopnost plnit veřejnou zakázku), a to v rozsahu dále uvedeném.

Doložení základní způsobilosti:

- Čestným prohlášením o splnění základní způsobilosti (viz příloha č. 4 této Výzvy).

Dodavatel má možnost prokázat kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů.

Doložení profesní způsobilosti:

- a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci atp.

5. Způsob zpracování cenové nabídky

Nabídková cena zakázky bude uvedena jako cena celkem (viz příloha č. 1 Výzvy – krycí list) v Kč bez DPH a včetně DPH.

Cena uvedená v nabídce účastníka musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním a úplným zprovozněním předmětu veřejné zakázky (tj. náklady na dopravu, balné, clo, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, český manuál, případně další).

6. Platební a dodací podmínky

Úhradu ceny předmětu veřejné zakázky provede zadavatel jako kupující na základě faktury dodavatele jako prodávajícího, vystavené po převzetí předmětu veřejné zakázky.

7. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni a nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, je stanovena na 3 měsíce, a to počínaje koncem lhůty pro podání nabídek.

8. Místo a lhůta pro podání nabídek

Nabídky zpracované v českém jazyce budou podávány **pouze elektronicky**, vložením na profil zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html do konce lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 06. 08. 2020 v 13:00.

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve Výzvě, nepovažuje se za podanou a nepřihlíží se k ní.

9. Požadovaný obsah nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom elektronickém vyhotovení, a to elektronickým podáním na profil zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html.

Obsah nabídky:

- a) Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán, resp. prostá kopie výpisu z jiné evidence, není-li dodavatel zapsán v obchodním rejstříku.
- b) Prostá kopie živnostenského listu nebo jiný doklad opravňující účastníka k činnosti potřebné pro splnění předmětu VZ.

- c) Vyplněná příloha číslo 1 této Výzvy - krycí list nabídky včetně uvedení ceny.
- d) Vyplněná příloha číslo 2 této Výzvy - technická specifikace.
- e) Doplněný a oprávněným zástupcem účastníka podepsaný návrh smlouvy, který je přílohou číslo 3 této Výzvy. Smlouva bude uložena včetně přílohy ve formátu doc nebo docx pro účely zveřejnění dokumentu v registru smluv.
- f) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, příloha číslo 4 této Výzvy.
- g) Prohlášení o shodě nebo certifikát CE či medicinský atest k dodané laparoskopické sestavě.
- h) Návod v českém jazyce.
- i) Originální produktový list k ověření parametrů předmětu zakázky.
- j) Čestné prohlášení o dostupnosti bezplatného záručního servisu (v min. délce 24 měsíců), pozáručního servisu a čestné prohlášení o provádění pravidelných BTK (min. 1x za rok) a elektrických revizí v záruční době zdarma.

10. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – vyjasňování zadávacích podmínek

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost o dodatečné informace musí mít písemnou formu, musí být stvrzena statutárním zástupcem účastníka a musí být podána minimálně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek elektronicky vložení na profil zadavatele. Dodatečné informace budou uveřejněny stejným způsobem, jakým byla uveřejněna výzva, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele do dvou pracovních dnů.

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

11. Ostatní informace k zadávacím podmínkám

Obsahuje-li Výzva požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, jsou tyto odkazy uvedeny pouze z důvodu nezbytnosti definovat minimální požadovaný standard. V této souvislosti zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

12. Další požadavky zadavatele

- ✓ Záruka v délce minimálně 24 měsíců na dodaný přístroj s bezplatným záručním servisem a prováděním pravidelných BTK (min. 1x za rok) a elektrických revizí v záruční době zdarma.

13. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- ✓ neuzavřít kupní smlouvu s žádným z účastníků
- ✓ veřejnou zakázku zrušit
- ✓ náklady se zpracováním a podáním nabídky nese účastník a jejich uhrazení nelze požadovat po zadavateli.

V Havlíčkově Brodě dne 16. 7. 2020

Za Nemocnici Havlíčkův Brod,
příspěvkovou organizaci

Mgr. David Rezníčenko, MHA
ředitel

Přílohy:

příloha č. 1. - krycí list nabídky s uvedením ceny

příloha č. 2. - technická specifikace

příloha č. 3. - kupní smlouva

příloha č. 4. - čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti