



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA
IČO:	00179540
název VZ:	3D laparoskopická sestava pro urologii
druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/5/2020

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 29. 07. 2020 v 10:09:50 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (žádost o poskytnutí dodatečných informací). Přesné znění žádosti o vysvětlení a vyjádření zadavatele k této žádosti je uvedeno níže.

Dotaz č. 1 - Kamerová jednotka 3D

Zadavatel požaduje u kamerové jednotky 3D podsvícený displej kamery pro práci v šeru na sále nebo podsvícená ovládací tlačítka

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat kamerovou jednotku bez podsvíceného displeje a tlačítek?

Nabízíme kamerovou jednotku, která se ovládá z kamerové hlavy pomocí klávesnice a nedisponuje ovládací displejem.

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízenou kamerovou jednotku.

Dotaz č. 2 – 3D videolaparoskop:

Zadavatel požaduje 3D videolaparoskop s pracovní délkou min. 330 mm

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat 3 D videolaparoskop s pracovní délkou 320 mm? Zadavatel u varianty 3D kamerové hlavy s 3D laparoendoskopem připouští délku endoskopu min. 300 mm.

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 2

Ano, zadavatel bude akceptovat 3D videolaparoskop s pracovní délkou 320 mm.

Uveřejnění vysvětlení:

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace, neomezeně a přímým dálkovým způsobem, tj. na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

V Havlíčkově Brodě dne 3. 8. 2020

Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace