

**Dodatečné informace č. 1**

Název zadavatele: Kraj Vysočina

Sídlo zadavatele: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

IČO: 70890749

Název veřejné zakázky: „**Dodávka pečovatelských lůžek v rámci Transformace Domova Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou**“

**EZAK 360/2020 OI**

KUJI 85307/2020

**Dodatečné informace č. 1**

V reakci na dotazy k zadávacím podmínkám ze dne 3. 9. 2020 zadavatel uvádí následující:

**Znění dotazu:**

**Dotaz č. 1**

„Bezpečné el. ovládání nízko napětovým systémem 24/32V, externí transformátor odvádí nebezpečné síťové napětí mimo lůžko

V požadované technické specifikaci požaduje zadavatel elektrický příkon k lůžku nikoliv klasický (točený bezpečnostní kabel EPR do elektrické zásuvky 220 V), ale 24/32 V s externím transformátorem.

Jako účastník o veřejnou zakázku upozorňujeme zadavatele na 4 x vyšší spotřebu elektrického proudu přes transformátor v pohotovostním režimu, jeho přehřívání a díky nestočenému použitému kabelu z PVC k transformátoru i poměrně nízkou životnost, jelikož se kabel v praxi neustále přejíždí kolečky, drtí a přetrhává!

Bude akceptovat zadavatel účastníkem nabídnutý i klasický, požadované normy splňující, bezpečnostně stočený kabel do zásuvky?“

**Dotaz č. 2**

Integrované osvětlení - součástí lůžka je lampa pro čtení, vybavena pružným flexibilním ramenem, šňůrovým spínačem na svítidle a bezpečnostním distančním spínačem. Svítidla v bezpečnostním nízkonapětovém provedení, vložena na čelní straně do pouzder, která jsou připevněna na obou stranách rámu lůžka. Elektrické připojení 24/32V provedeno na řídicí jednotce motoru.

Propojení lampičky s řídicí jednotkou lůžka není odůvodněné a nemá vliv na používání, důležitá je funkčnost, praktičnost a bezpečnost při používání lampičky.

Bude akceptovat zadavatel účastníkem nabídnuté řešení lampičky přímo do zásuvky?

**Odpověď na dotaz č. 1 a 2**

Zadavatel na základě uvedených dotazů mění stanovenou minimální specifikaci a ruší přílohu č. 2 a nahrazuje novou přílohou č. 2, která je součástí těchto Dodatečných informací č. 1 jako příloha.

**Prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

Vzhledem k charakteru změn zadávací dokumentace – podstatné úpravě předmětu veřejné zakázky, se lhůta pro podání nabídek prodlužuje na celou původní délku, a to do 21. 9. 2020, 11:00 hod.

V Jihlavě, dne dle elektronického podpisu

JUDr. Věra Švarcová  
Elektronicky podepsáno