

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Parní sterilizátor“ – dodatečné informace č. 1**

Dne 18. 12. 2020 byly vzneseny dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci v čl. č. 2 technické podmínky uvádí, že požaduje tyto parametry:

- objem komory – 64 l;
- minimální vnitřní rozměry komory [průměr x hl] 380 mm x 580 mm;
- maximální vnější rozměry komory [š x v x hl] 700 mm x 550 mm x 660 mm;

Dotaz zní:

Proč jsou specifikovány minimální rozměry s předpokladem válcového tvaru a maximální rozměry ve tvaru kvádrů a zda náhodu neměly být vnější rozměry vztaženy spíše k přístroji jako takovému, nikoliv komoře?

Také nás zajímá, zda specifikace objemu 64 L znamená, že není přípustný objem 65 ani 63 litrů? S ohledem na to se chceme zeptat napřímo – je přípustné nabídnout laboratorní parní sterilizátor o objemu komory 65 litrů, průměrem komory 400 mm a hloubkou 500 mm a vnějšími rozměry přístroje šířka 750 mm, výška 630 mm a hloubka 770 mm.

Odpověď 1:

Zadavatel akceptuje laboratorní parní sterilizátor o objemu komory 65 litrů, průměrem komory 400 mm a hloubkou 500 mm a vnějšími rozměry přístroje šířka 750 mm, výška 630 mm a hloubka 770 mm.

Zároveň zadavatel opravuje špatně zadaný parametr

- maximální vnější rozměry komory [š x v x hl] 700 mm x 550 mm x 660 mm;

na:

- **maximální vnější rozměry přístroje [š x v x hl] 700 mm x 550 mm x 660 mm.**

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Dne: 21. 12. 2020