

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Parní sterilizátor“ – dodatečné informace č. 3**

Dne 15. 1. 2021 byly vzneseny dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci v čl. 3. Technické podmínky uvádí: Certifikace dle DIN EN ISO 13485 a 93/42 EWG.

Dotaz zní:

IVD 93/42EC autoklávy musí být vybaveny zabudovanou vakuovou pumpou pro evakuaci kotliny pro kvalitní sterilizaci porézních materiálů a komplikovaných dutin (centrální sterilizace, operační sála atd.). Vaše zadání spíše evokuje využití v mikrobiologické laboratoři pro media nebo agary popř. běžné nástroje, sklo a plast. Autokláv s evakuací kotliny 93/42EC neumožňuje sterilizaci kapalin. Trvá zadavatel na splnění této normy?

Odpověď 1:

Zadavatel na uvedené normě netrvá z důvodu, že sterilizátor bude využíván pouze pro laboratorní účely.

S pozdravem

Dne: 20. 1. 2021