



**NEMOCNICE
HAVLÍČKŮV
BROD**

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
tel.: 569 472 200, e-mail: david.reznicenko@onhb.cz
www.onhb.cz

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 217 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

<i>Zadavatel:</i>	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
<i>sídlo zadavatele:</i>	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
<i>zastoupený:</i>	Mgr. Davidem Rezničkem, MHA
<i>IČO:</i>	00179540
<i>název VZ:</i>	RTG – skiaskopicko skiagrafický komplet
<i>druh zadávacího řízení:</i>	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky/otevřené řízení
<i>ev. č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek</i>	VZ/2020-043725
<i>ev. č. VZ u zadavatele</i>	VZ/11/2020

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka:
nového dálkově ovládaného skiaskopicko-skiagrafického plně digitálního RTG systému s vertigrafem a se 2 ks plochými digitálními nedělenými detektory a plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností (dále též jen „systém“ či rtg. přístroj“).
Se systémem je předpoklad provádění širokého spektra vyšetření jako je GIT, urologická vyšetření včetně invazivních metod terapie urotraktu (nephrostomie apod.), základní i speciální skiagrafická vyšetření, vyšetření v oblasti trávicí trubice (včetně enteroklysy a irigografie), fistulografie včetně komplikovaných výkonů, základní intervenční výkony v břišní oblasti, jednodušší angiografická vyšetření a další výkony.
Modul, který umožňuje generovat, vyhodnocovat a provádět měření na celé kostře dolních končetin.
Modul pro rekonstrukci celé páteře – možnost posouzení a měření skoliózy a kyfózy).
Předpokládané provozní zatížení systému je cca 400 snímků za 10h kontinuálního provozu.

Součástí dodávky je rovněž:

- demontáž, uskladnění a následná ekologická likvidace stávajícího rtg. přístroje včetně příslušenství v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodá protokol o jeho likvidaci
- dodání projektové dokumentace pro stavební a jiné práce
- dodávka, doprava, montáž, instalace a zprovoznění nového rtg. přístroje
- napojení nového rtg přístroje do stávajícího systému PACS a NIS

- e) provedení přijímacích zkoušek v zákonném či předepsaném rozsahu nového rtg. přístroje, provedení prvotní zkoušky dlouhodobé stability, měření rozptýleného neužitečného záření a výchozí elektrické revize přístroje, v rozsahu dle platných norem a a právních předpisů
- f) provedení individuálního a komplexního vyzkoušení přístroje v rozsahu nezbytném pro jeho řádné fungování
- g) zaškolení obsluhy v rozsahu potřebném pro zahájení klinického provozu a předání uživatelské dokumentace v českém jazyce v tištěném vyhotovení a v datovém vyhotovení na vhodném datovém nosiči
- h) poskytování bezplatného záručního servisu po dobu 24 měsíců včetně provádění BTK a pravidelné údržby dle zákona č. 268/2014 Sb., elektrických revizí a zkoušek dlouhodobé stability v předepsaných termínech
- i) dodání odborné literatury podporující erudici personálu, která bude odpovídat diagnostickým možnostem přístroje
- j) předinstalační příprava pracoviště rtg přístroje včetně případných stavebních úprav a dalších nutných úprav stávajícího pracoviště, včetně zpracování příslušné projektové dokumentace schválené zadavatelem
- k) tyto úpravy se budou týkat minimálně těchto oblastí:
 - a. dodání a instalace kabelových kanálů, kotvící betonové plochy a stropních kotvících komponentů dle potřeb nově instalovaného přístroje
 - b. zajištění odpovídajícího stínění dle potřeb nově instalovaného přístroje
 - c. zajištění/posouzení stavu pozorovacího okna s olověným sklem mezi ovladovnou a vyšetřovnou dle potřeb nově instalovaného přístroje
 - d. zajištění potřebných parametrů klimatizace dle potřeb nově instalovaného přístroje
 - e. dodání a instalace nové elektrostaticky vodivé uzemněné podlahy do vyšetřovny, ovladovny, převlékací kabinky a vstupního boxu
 - f. zajištění odpovídajícího osvětlení ve vyšetřovně včetně případné úpravy stropních podhledů dle potřeb nově instalovaného přístroje
 - g. povrchové úpravy všech místností (úprava a výmalba stěn apod.)
 - h. repase všech dveří a zárubní a případná úprava dveří na pracovišti dle potřeb nově instalovaného přístroje
 - i. v případě potřeby dodání a instalace nového přívodního kabelu z rozvaděče zadavatele k rozvaděči přístroje včetně jeho odjištění, a to dle potřeb nově instalovaného přístroje
 - j. dodání nutného nábytku dle potřeb nově instalovaného přístroje (stoly pro ovládací prvky přístroje v ovladovně situované proti pozorovacímu oknu do vyšetřovny, stůl pro pracovní stanici NIS apod.)
 - k. rekonstrukce sociálního zařízení (WC + sprchový kout), které je součástí daného pracoviště, vč. dodání nového vybavení

- l. signalizační a bezpečnostní prvky pro provoz rtg přístroje
 - m. dodání a instalace elektrického rozvaděče pro připojení přístroje
 - n. zajištění potřebné IT slaboproudé infrastruktury v ovladovně případně vyšetřovně (předpoklad navýšení počtu UTP síťových zásuvek nad rámec potřeb nově instalovaného přístroje, v ovladovně (4ks), ve vyšetřovně (2ks)
 - o. v případě potřeby provedení dalších stavebních úprav souvisejících s instalací a umístěním přístroje (změna dispozice, bourací práce, statické zajištění podlah na pracovišti, atd.)
- l) uchazeč je povinen si ověřit stávající parametry výše uvedených oblastí a případně dalších oblastí nutných k správné a plné funkci nově instalovaného přístroje a přizpůsobit tomuto cenovou nabídku a projektovou dokumentaci
- m) nově instalovaný přístroj musí vyhovovat stávajícím požadavkům dle příslušných právních předpisů a normám pro instalaci a provoz RTG skiaskopicko skiagrafických přístrojů s ionizujícím zářením

Kódy CPV: 33111400-5 Rentgenové skiaskopické přístroje
45311000-0 Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení

Seznam účastníků:

Účastník:	Nabídková cena v Kč bez DPH
Siemens Healthcare, s.r.o, IČO 04179960 Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4	6 787 800 Kč bez DPH Kč = cena sjednaná ve smlouvě

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ:

Siemens Healthcare, s.r.o Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4	6 787 800 Kč bez DPH Kč = cena sjednaná ve smlouvě
--	---

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

otevřené řízení, nadlimitní veřejná zakázka

Pořadové číslo nabídky	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Sídlo/místo podnikání	Právní forma	IČ	DIČ
1.	Siemens Healthcare, s.r.o	Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4	s.r.o.	04179960	04179960

OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Žádný z účastníků nebyl vyloučen.

OZNAČENÍ DODAVATELŮ S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA:

Komise vyhodnotila jako ekonomicky nejvýhodnější (viz §122 ZoZVZ) nabídku účastníka:

Pořadové číslo nabídky	Obchodní název firmy nebo název účastníka	Sídlo/místo podnikání	Právní forma	IČ	DIČ
1.	Siemens Healthcare, s.r.o.	Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4	s.r.o.	04179960	04179960

s celkovou nabídkovou cenou **6 787 800 Kč bez DPH** a s tímto účastníkem byla uzavřena smlouva.

1. Smlouva o dílo na částku **6 787 800 Kč bez DPH**, 8 213 238 Kč včetně DPH

OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ:

BOMI interier s.r.o., IČO 275 35 177

Jarníkova 1875

148 00 Praha 4

- provedení stavebních úprav a dodávka nábytku a dalších věcí v souladu se zadávací dokumentací

V Havlíčkově Brodě dne 28. 1. 2021

.....
Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace