

**POŽADAVKY č. 31 a č. 32 – nové znění k vyjádření účastníků PTK**

<i>Zadavatel:</i>	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
<i>sídlo zadavatele:</i>	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
<i>zastoupený:</i>	JUDr. Věrou Palečkovou
<i>IČO:</i>	00842001
<i>název VZ:</i>	Skiagraficko-skiaskopický komplet

	Parametr	Status	Druh technického parametru	ANO/NE	Reálná hodnota (vyplní dodavatel)	Poznámka/komentář
31.	<b>2 ks ploché speciální medicínské vysocekontrastní LCD monitory pro <u>vyšetřovnu</u></b>  <b>(možnou variantou je dodat 1ks plochý medicínský monitor s úhlopříčkou 23“ stejné specifikace ve všech bodech uvedených níže a s funkcí rozdělení obrazové plochy na více vyšetření)</b>	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	2 ks monitorů	.....
a)	úhlopříčka min 19“ (dodávka 2 ks monitorů) / úhlopříčka min. 23“ (dodávka 1 ks monitoru)	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	19“.	.....
b)	rozlišení min. 1,2 Mpix	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	1,2 Mpix.	.....
c)	max. svítivost min. 800 cd/m <sup>2</sup>	požadováno	<b>absolutní</b>	ne	700 cd/m <sup>2</sup> /	.....
d)	kontrast min. 1000:1	požadováno	<b>absolutní</b>	ne	900:1	.....

e)	neprokládané řádkování	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	Ano	.....
f)	obnovovací frekvence min. 70 Hz	požadováno	<b>absolutní</b>			neuvedeno.
g)	monitor/monitory umístěny na polohovatelném stropním závěsu s kloubovým ramenem (výškové a stranové polohování, náklon monitoru, otáčení podél osy)	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	.....	.....
h)	připojení další zobrazovací modality (endoskopický videoprocessor) s výstupy DVI-D, VGA, RGB, Y/C, Composite k monitoru/k jednomu ze 2 ks dodaných monitorů	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	.....	Připojení DVI-I (2), RGB, YPrPb, Y, S-Video (2), Composite, SD/HD-SDI (2), VGA,
i)	funkce rozdělení obrazové plochy na více vyšetření (pouze v případě dodávky 1 ks monitoru s úhlopříčkou min. 23“)	požadováno	<b>absolutní</b>	ne	.....“	.....
32.	<b>2 ks ploché speciální medicínské vysocekontrastní LCD monitory pro ovladovnu</b>  <b>možnou variantou je dodat 1 ks plochý medicínský monitor s úhlopříčkou 23“ stejné specifikace ve všech bodech uvedených níže, umístěný na kancelářském stole</b>	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	2 ks monitorů	.....
a)	úhlopříčka min 19“ (dodávka 2 ks monitorů) / úhlopříčka min. 23“ (dodávka 1 ks monitoru)	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	19“.	.....
b)	rozlišení min. 1,2 Mpix	požadováno	<b>absolutní</b>	ano - ne	1,2 Mpix.	.....
c)	max. svítivost min. 800 cd/m <sup>2</sup>	požadováno	<b>absolutní</b>	ne	700 cd/m <sup>2</sup> /	.....
d)	kontrast min. 1000:1	požadováno	<b>absolutní</b>	ne	900:1	.....

e)	neprokládané řádkování	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	.....	.....
f)	obnovovací frekvence min. 70 Hz	požadováno	<b>absolutní</b>		.....Hz	neuvedeno
g)	umístění na kancelářském stolu v ovladovně	požadováno	<b>absolutní</b>	ano	.....	.....

**Další informace zadavatele:**

**V souvislosti se shora uvedenými upravenými požadavky č. 31 a č. 32 Vás prosíme o vyjádření, zda výše uvedené změny budou znamenat navýšení orientační nabídkové ceny oproti ceně Vámi původně zaslané. Pokud ano, tak prosíme o uvedení ceny nové, případně o vyčíslení navýšení:**

**Navýšení o 220.000 Kč bez DPH (nezahrnuje nutné stavební úpravy pro uchycení stropního stavivu monitorů)**