

POŽADAVKY č. 31 a č. 32 – nové znění k vyjádření účastníků PTK

<i>Zadavatel:</i>	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
<i>sídlo zadavatele:</i>	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
<i>zastoupený:</i>	JUDr. Věrou Palečkovou
<i>IČO:</i>	00842001
<i>název VZ:</i>	Skiagraficko-skiaskopický komplet

	Parametr	Status	Druh technického parametru	ANO/NE	Reálná hodnota (vyplní dodavatel)	Poznámka/komentář
31.	2 ks ploché speciální medicínské vysocekontrastní LCD monitory pro <u>vyšetřovnu</u> (možnou variantou je dodat 1ks plochý medicínský monitor s úhlopříčkou 23“ stejné specifikace ve všech bodech uvedených níže a s funkcí rozdělení obrazové plochy na více vyšetření)	požadováno	absolutní	ano	1x 23“.
a)	úhlopříčka min 19“ (dodávka 2 ks monitorů) / úhlopříčka min. 23“ (dodávka 1 ks monitoru)	požadováno	absolutní	ano - ne	23“.
b)	rozlišení min. 1,2 Mpix	požadováno	absolutní	ano	2,1 Mpix.
c)	max. svítivost min. 800 cd/m ²	požadováno	absolutní	ne	260 cd/m²/	Jedná se o dotykový barevný monitor, který slouží jak k diagnostice tak jako ovládací konzole přístroje. U touchscreen monitoru není možné dosáhnout požadované svítivosti, ale diagnostická využitelnost není svítivostí omezena.

d)	kontrast min. 1000:1	požadováno	absolutní	ano	1000:1.
e)	neprokládané řádkování	požadováno	absolutní	ano
f)	obnovovací frekvence min. 70 Hz	požadováno	absolutní	ano	...70 Hz
g)	monitor/monitory umístěny na polohovatelném stropním závěsu s kloubovým ramenem (výškové a stranové polohování, náklon monitoru, otáčení podél osy)	požadováno	absolutní	ano
h)	připojení další zobrazovací modalita (endoskopický videoprocesor) s výstupy DVI-D, VGA, RGB, Y/C, Composite k monitoru/k jednomu ze 2 ks dodaných monitorů	požadováno	absolutní	ano
i)	funkce rozdělení obrazové plochy na více vyšetření (pouze v případě dodávky 1 ks monitoru s úhlopříčkou min. 23“)	požadováno	absolutní	ano“
32.	2 ks ploché speciální medicínské vysocekontrastní LCD monitory pro <u>ovladovnu</u> možnou variantou je dodat 1 ks plochý medicínský monitor s úhlopříčkou 23“ stejné specifikace ve všech bodech uvedených níže, umístěný na kancelářském stole	požadováno	absolutní	ano	1 x 23“.
a)	úhlopříčka min 19“ (dodávka 2 ks monitorů) / úhlopříčka min. 23“ (dodávka 1 ks monitoru)	požadováno	absolutní	ano	23“.
b)	rozlišení min. 1,2 Mpix	požadováno	absolutní	ano	2,1 Mpix.

c)	max. svítivost min. 800 cd/m ²	požadováno	absolutní	ne	250 cd/m²/	Jedná se o dotykový barevný monitor, který slouží jak k diagnostice tak jako ovládací konzole přístroje. U touchscreen monitoru není možné dosáhnout požadované svítivosti, ale diagnostická využitelnost není svítivostí omezena..
d)	kontrast min. 1000:1	požadováno	absolutní	ano	1000:1.
e)	neprokládané řádkování	požadováno	absolutní	ano
f)	obnovovací frekvence min. 70 Hz	požadováno	absolutní	ano70 Hz
g)	umístění na kancelářském stole v ovladovně	požadováno	absolutní	ano

Další informace zadavatele:

V souvislosti se shora uvedenými upravenými požadavky č. 31 a č. 32 Vás prosíme o vyjádření, zda výše uvedené změny budou znamenat navýšení orientační nabídkové ceny oproti ceně Vámi původně zaslané. Pokud ano, tak prosíme o uvedení ceny nové, případně o vyčíslení navýšení:

Uvedené požadavky nebudou důvodem k navýšení ceny