



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sidlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Skiagraficko-skiaskopický komplet
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2021-001732
ev. č. VZ u zadavatele:	01/21/VZ

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 25.3.2021 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
Zadavatel na straně č. 3 dokumentu „Technická specifikace předmětu plnění - minimální technické požadavky na předmět plnění“ v bodě 14 a) stanovuje požadavek „Nastavení dolní hranice ohniskové vzdálenosti max. 115 cm“ a v bodě 14 b) stanovuje požadavek „Nastavení horní hranice ohniskové vzdálenosti v min. rozsahu od 150 cm až 179 cm“ <u>Dotaz zní:</u> Rozumíme správně, že zadavatel bude akceptovat přístroj s dolní hranicí nastavení ohniskové vzdálenosti 115 cm a horní hranicí nastavení ohniskové vzdálenosti 150 cm?
Znění odpovědi:
Ano, tazatel rozumí správně, že zadavatel bude akceptovat přístroj s dolní hranicí nastavení ohniskové vzdálenosti 115 cm a horní hranicí nastavení ohniskové vzdálenosti 150 cm.

Uveřejnění a poskytnutí vysvětlení ZD

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí vysvětlení ZD využito **elektronických prostředků**. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html**

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si současně!!! se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).

V Novém Městě na Moravě dne 26.3.2021

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice