



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Skiagraficko-skiaskopický komplet
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2021-001732
ev. č. VZ u zadavatele:	01/21/VZ

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 13.4.2021 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele jsou uvedeny níže.

Dnes jsme se podrobně seznámili se zněním vaší odpovědi zveřejněné na profilu zadavatele včera dne 12.4.2021 (Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3) týkající se bližší specifikace požadavku na software pro archivaci dávek. Z vašeho vyjádření vyvozujeme, že se na významu pojmu „software pro archivaci dávek“ shodneme. Protože tento software umožňuje širokou konfigurovatelnost, zasíláme vám následující doplňující dotazy na konkrétní požadované funkce software:

Dotaz č. 1

Znění dotazu:

Požadujete instalaci software na váš vlastní hardware, případně na virtuální server provozovaný nemocnicí?

Znění odpovědi:

Zadavatel nestanovil podmínky instalace sw, technické řešení ponechává na vybraném dodavateli.

Dotaz č. 2

Znění dotazu:

Požadujete možnost ukládání informací ve formátu Dicom Dose Structured Report? Vzhledem k tomu, že u požadovaného skiaskopicko-skiagrafického rtg přístroje požadujete možnost ukládání informací o dávkách ve formátu Dicom Dose Structured Report, předpokládáme, že to tak je.

Znění odpovědi:

Zadavatel požaduje ukládání informací resp. komunikaci prostřednictvím standardu DICOM 3 tak, jak je uvedeno v bodě č. 43 technické specifikace ve znění:
„Připojení na informační systémy PACS (Jivex) a NIS (dle zadavatelem provozované verze v době instalace), komunikace prostřednictvím standardu DICOM 3 - DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist a DICOM MPPS, Dose Structured Report.“

Dotaz č. 3
Znění dotazu:
Požadujete možnost budoucího rozšíření software pro připojení dalších modalit (typicky se připojuje CT, mamograf, digitální skiografie, gamma kamera apod.)?
Znění odpovědi:
Zadavatel primárně nepožaduje možnost budoucího rozšíření software pro připojení dalších, shora uvedených modalit, nicméně tato funkcionality je pro zadavatele akceptovatelná/přípustná v rámci nabídky sw pro archivaci dávek (technický požadavek č. 39, uvedený v příloze č. 2 ZD).

Dotaz č. 4
Znění dotazu:
Požadujete možnost zobrazení celkové dávky na pacienta podle typu vyšetření a modality?
Znění odpovědi:
Zadavatel toto primárně nepožaduje, nicméně tato funkce je akceptovatelná/přípustná v rámci nabídky sw pro archivaci dávek (technický požadavek č. 39, uvedený v příloze č. 2 ZD). Zadavatel předpokládá, že nabízený sw bude minimálně archivovat dávky při vyšetřeních na nabízeném přístroji.

Dotaz č. 5
Znění dotazu:
Požadujete možnost automatického zobrazení a zasílání alertů formou emailu v případě překročení stanovených mezí, konkrétně DAP hodnoty a celkového skiaskopického času na vyšetření?
Znění odpovědi:
Zadavatel toto primárně nepožaduje, nicméně tato funkcionality je akceptovatelná/přípustná k prokazování splnění požadavku č. 39 v příloze č. 2 ZD.

Dotaz č. 6
Znění dotazu:
Požadujete možnost on-line zobrazení informací ze software pro archivaci dávek na dalších počítačích v rámci nemocnice? Pokud ano, jaký je minimální počet uživatelů, kteří se mohou k software současně připojit?
Znění odpovědi:
Zadavatel toto primárně nepožaduje, nicméně tato funkce je akceptovatelná/přípustná k prokazování splnění požadavku č. 39 v příloze č. 2 ZD.

Dotaz č. 7
Znění dotazu:
Požadujete, aby software byl zdravotnickým prostředkem?
Znění odpovědi:
Zadavatel primárně nepožaduje, aby software k archivaci dávek byl zdravotnickým prostředkem.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace a s ohledem na zásady při postupu zadavatele v daném zadávacím řízení uvedené v § 6 zákona, zadavatel i přes to, že na základě jednotlivých odpovědí na dotazy nedochází ke změně či doplnění ZD, **rozhodl O PRODLUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK do 29.4.2021 do 10:00 hodin**, a to především pro zajištění dostatečné časové lhůty pro seznámení se dodavateli s obsahem vysvětlení zadávacích podmínek.

Otevírání nabídek se uskuteční dne 29.4.2021, a to 15 minut po skončení lhůty pro podání nabídek, tj. v 10:15 hodin za podmínek uvedených v čl. 15 ZD.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel v souladu s § 212 odst. 4 zákona oznamuje dodavatelům provedení změny informací v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) uveřejněném dne 22.3.2021 pod ev. č. F2021-009642. Opravný formulář byl zadavatelem odeslán do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU dne 16.4.2021.

Uveřejnění a poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace využito elektronických prostředků. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si současně!!! se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).

V Novém Městě na Moravě dne 16.4.2021

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

Palečková

JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice