

**Podlimitní veřejná zakázka
„Laparoskopická věž včetně instrumentária pro traumatologii“ – dodatečné
informace č. 4**

Dne 15. 4. 2021 byly vzneseny dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1

Rádi bychom zadavatele požádali o potvrzení, zda bude níže popsané řešení vnímáno jako řádné řešení nefunkčnosti či jiné vady v záruční době.

V souladu s odst. 2 Přílohy Kupní smlouvy je dodavatel povinen odstranit nefunkčnost či jinou vadu předmětu smlouvy ve zde stanovených lhůtách.

Dotaz zní:

Je pro zadavatele vyhovující, pokud dodavatel odstraní tyto vady a zajistí tak funkčnost přístroje v rozsahu dle odst. 5 Přílohy, výpůjčkou náhradního přístroje, který bude splňovat stanovené minimální technické požadavky? Bude dodavatel v takovém případě uchráněn od pokuty dle odst. 3 Přílohy, neboť bude možné přístroj zařadit zpět do běžného provozu? K takové situaci může dojít, například pokud bude nutné zajistit náhradní díly ze zahraničí, neboť na jejich doručení a následnou opravě je lhůta 72 hodin příliš krátká.

Odpověď 1:

Cílem požadavku zadavatele je zajistit zprovoznění dodaného přístroje v daném termínu s cílem minimálně omezit provoz centrálních operačních sálů. Tento požadavek lze samozřejmě splnit i variantním řešením jako je právě výpůjčka náhradního přístroje, který bude splňovat stanovené minimální technické požadavky. Dodavatel v takovém případě bude uchráněn od pokuty dle odst. 3 Přílohy, neboť tímto způsobem zajistí zprovoznění přístroje, samozřejmě při dodržení stanovených lhůt.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Dne: 16. 4. 2021