

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Inkontinence
Zadávací řízení:	Podlimitní veřejná zakázka na dodávky, zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo zakázky:	P-2021-5

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736-681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s dotazy, týkajícími se technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Tímto odpovídá na položené dotazy a vysvětlení/dodatečné informace uveřejňuje také na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

Dovolujeme si požádat zadavatele o snížení požadavku na minimální savost navlékacích kalhotek u dvou položek z kategorie plenkové kalhotky natahovací.

Náš certifikovaný produkt velikosti XL dosahuje průměrné hodnoty savosti uvedené v ISO certifikátu 1.962 ml. Zadavatel požaduje savost 2.000 ml. Savost našeho produktu je nižší jen o necelá 2 %, ale tato skutečnost by nám znemožnila zúčastnit se aukce na celou nabídku, což ve finále může ovlivnit výslednou cenu dodávek za celý objem zakázky pro nemocnici.

Dále si dovoluujeme požádat zadavatele, aby umožnil nabídnout v této kategorii produktů plenkové kalhotky velikosti S, které dosahují průměrné hodnoty savosti uvedené v ISO certifikátu 1.248 ml, která je o necelých 11 % nižší než požadovaná savost 1.400 ml. Požadavek na savost je nadhodnocen, neboť neodpovídá množství moči vyloučené dospělým uživatelem inkontinenčních pomůcek ani za celých 24

hodin. Zdravý člověk vyloučí v průměru 1,5 litrů moči za den (24 hodin). Standardně jsou plenkové kalhotky měněny minimálně po 8 hodinách, což odpovídá cca 500 ml moči na jednu inkontinenční pomůcku. U nemocných pacientů (např. s diuretickou léčbou) může být množství moči vyšší, ale je stále nereálné, aby pacient vyloučil víc než 1,5 litru moči v časovém úseku 8 hodin. Natahovací (nebo navlékací) kalhotky jsou využívány mobilními pacienty, kteří si dokážou dojít na toaletu několikrát za den, takže v tomto případě inkontinenční pomůcka funguje na principu „dodatečné ochrany“ a pacient zdaleka nevyužije požadovanou kapacitu plenkových kalhotek.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nepřipouští u žádné položky spotřebního materiálu nižší savost, než jaká je stanovena v zadávací dokumentaci. Zadavatel stanovil požadavky na savost plenkových kalhotek na základě mnohaletých zkušeností s používáním plenkových kalhotek. Zadavatel je zvyklý na určitou úroveň standardu péče o inkontinentní pacienty, pod kterou nepůjde.

Připuštění určité míry tolerance u dvou zmiňovaných položek předmětu plnění na základě požadavku jednoho účastníka by mohlo vyvolat požadavky na stanovení míry tolerance pro některé další či všechny položky předmětu plnění, což by ve svém důsledku vedlo ke snížení uživatelského komfortu a standardu péče.

Vzhledem k povaze otázek a odpovědí se lhůta pro podávání nabídek nemění.

V Jihlavě dne dle data elektronického podpisu

.....
Ing. Veronika Pysková
referentka obchodního oddělení
administrátorka veřejných zakázek
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace