

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace,

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku malého rozsahu
Anesteziologický přístroj

ev. č. ZC3/2015

Zadávací řízení je zahájeno ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), tedy mimo režim citovaného zákona a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13, ze dne 5. 3. 2013 a s účinností dnem 1. 4. 2013.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

DIČ: CZ00839396

Právní forma: příspěvková organizace

Zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelkou

Kontaktní osoba: Ing. Jana Fidlerová, referent obchodního oddělení

Telefon: 568 809 332

E-mail: jfidlerova@nem-tr.cz

ID datové schránky: tecrjqc

Obecná URL: www.nem-tr.cz

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

33172100-7

Anesteziologický přístroj

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení anesteziologického přístroje pro oddělení ARO, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

3. Technické podmínky

Zadavatel požaduje dodávku, instalaci, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního a pozáručního servisu a dodání dokladů potřebných pro provozování 1 ks anesteziologického přístroje pro oddělení ARO.

Minimální technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 6 – Technické a funkční vlastnosti.

Technické parametry uvedené v příloze č. 6 jsou stanovené jako absolutní, které zadavatel požaduje striktně dodržet. V případě, že přístroj nabídnutý uchazečem nebude uvedené absolutní (minimální) požadavky splňovat, bude tato nabídka z dalšího hodnocení vyřazena.

Uvedené minimální požadavky na přístroj musí uchazeč v nabídce doložit technickým listem případně jinými doklady, ze kterých bude možné ověřit, že přístroj požadavky splňuje.

V případě, že přístroj nabídnutý uchazečem nebude výše uvedené minimální požadavky splňovat, bude tato nabídka z dalšího hodnocení vyřazena.

Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasovaného přístroje.

Další stanovení technických podmínek

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou zde uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

Pol. č.	Subkritérium technické specifikace	Požadované striktně ANO/NE	Požadavek absolutní (tj. nezbytný) nebo k hodnocení (tj. subkritérium pro bodové hodnocení)	Uchazeč uvede, zda splňuje daný požadavek/ dané subkritérium (ANO/NE) popř. bližší specifikaci a poznámky
ANESTEZIOLOGICKÝ PŘÍSTROJ				
1	pro pacienty všech věkových skupin (novorozenci - dospělí) v režimu provozu low flow a minimál flow	ANO	absolutní	
2	pracovní plocha s integrovaným osvětlením s regulací intenzity	ANO	absolutní	
3	display ventilátoru alespoň 15 palců, dotykový	ANO	absolutní	
4	analýza trendů a monitoring plicní mechaniky	ANO	absolutní	
5	elektronický plně automatický směšovač čerstvé směsi následujících plynů (O ₂ , N ₂ O a vzduchu) s hypoxickou ochranou s elektronickým nastavením	ANO	absolutní	
6	rozsah nastavení flow čerstvé směsi, min. od 0,2 do 15 litrů za minutu	ANO	absolutní	
7	možné použití s Desflurane, Sevoflurane, Isoflurane	ANO	absolutní	
8	pozice pro dva odpařovače	ANO	absolutní	
9	režim řízení anestezie na základě metabolické spotřeby pacienta dle hodnot koncentrace kyslíku a aplikovaného anestetika	ANO	absolutní	
10	eliminace vody v okruhu	ANO	absolutní	
11	plynová analýza, analýza inspiria a expiria, Iso, Sevo, Des, N ₂ O, O ₂ , CO ₂ v každém dechovém cyklu	ANO	absolutní	
12	automatická identifikace anestetika	ANO	absolutní	
13	MAC, MACage	ANO	absolutní	
14	automatický návrat analyzovaného vzorku zpět do okruhu ventilátoru	ANO	absolutní	
15	kompletní příslušenství pro provoz	ANO	absolutní	
16	elektronicky řízený ventilátor	ANO	absolutní	
17	režimy - VC, PC, SIMV+PS, PSV, PRVC(nebo PCV+VG), MAN/SPONT	ANO	absolutní	
18	VT min. od 20 do 1500 ml	ANO	absolutní	
19	frekvence min od 4 - 100 dechů/min	ANO	absolutní	
20	PEEP min. od 4 do 30 mbar	ANO	absolutní	
21	kompenzace úniků a poddajnosti okruhu	ANO	absolutní	
22	nízký objem systému pro rychlou reakci na změnu nastavení čerstvé směsi (max. 3 l)	ANO	absolutní	
23	automatický test přístroje	ANO	absolutní	

24	ukazatel využití čerstvé směsi vč. spotřeby plynů a anestetika	ANO	absolutní	
25	rameno na hadice	ANO	absolutní	
26	čištění částí doporučených výrobcem bez potřeby nářadí	ANO	absolutní	
27	integrovaná odsávačka bronchu vč. příslušenství	ANO	absolutní	
28	systém odtahu přebytečných plynů vč. hadice pro připojení do odtahu na pracovišti	ANO	absolutní	
29	tlakové hadice pro připojení do stávajícího centrálního rozvodu (O2, N2O, vzduch)	ANO	absolutní	
30	paramagnetické měření kyslíku	ANO	absolutní	
31	celý systém musí být mobilní na integrovaném podvozku s centrální brzdou	ANO	absolutní	
32	záložní zdroj při výpadku proudu, pro ventilátor a monitor na dobu min. 30 minut	ANO	absolutní	
33	okamžitá vizuální detekce úrovně ventilace a těsnosti okruhu	ANO	absolutní	
34	doba použitelnosti minimálně 10 let	ANO	absolutní	
35	externí vývod kyslíku pro inhalaci maskou	ANO	absolutní	
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ				
36	umístění monitoru na otočném rameni anesteziologického přístroje	ANO	absolutní	
37	monitor modulární konstrukce, display min. 15 palců s dotykovým displayem od stejného výrobce jako ventilátor	ANO	absolutní	
38	akustické a optické alarmy všech měřených parametrů	ANO	absolutní	
39	3 svodové EKG, HR, respirace, ST - analýza, NIBP, SpO2, 2x IBP, měření CPV+ART, teplota	ANO	absolutní	
40	kompletní příslušenství pro opakované použití pro všechny monitorované parametry	ANO	absolutní	
41	záložní baterie na monitoru životních funkcí minimálně na 60 min provozu	ANO	absolutní	

Pozn.: Nesplnění absolutního požadavku na vlastnost přístroje (alespoň v minimální míře, pokud je uvedena) opravňuje zadavatele vyloučit nabídku z hodnocení.