

**Podlimitní veřejná zakázka**  
**„Dodávka reagensů a spotřebního materiálu včetně výpůjčky 2 přístrojů – hematologických analyzátorů“ – dodatečné informace č. 2**

Dne 22. 10. 2021 byly vzneseny dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

**Dotaz č. 1**

**V zadávací dokumentaci k VZ:** On-line vzdálená správa analyzátoru (postačuje možnost servisního technika se přihlásit k uvedeným analyzátorům, přímo proaktivní servis není vyžadován).''

**Dotaz zní:**

Považuje zadavatel splnění podmínky užití vzdálené správy, tak aby servisní organizace neměla přístup k citlivým údajům s ohledem na dodržení legislativy ve smyslu GDPR? Současně bude zadavatel požadovat po servisní organizaci zabezpečení dat za pomoci VPN bez účasti třetí strany? Je nutné zajistit, aby komunikace za použití VPN nebyla provozována přes servery mimo EU v rámci zabezpečení ochrany citlivých údajů?

**Odpověď 1:**

Zadavatel nepožaduje splnění podmínky užití vzdálené správy tak, aby servisní organizace neměla přístup k citlivým údajům s ohledem na dodržení legislativy ve smyslu GDPR za předpokladu, že bude uzavřena samostatná smlouva ohledně GDPR.

Zadavatel požaduje po servisní organizaci zabezpečení dat pomocí VPN bez účasti třetí strany.

Zadavatel požaduje zajistit, aby komunikace za použití VPN nebyla provozována přes servery mimo EU v rámci zabezpečení ochrany citlivých údajů.

Tímto zadavatel upravuje Smlouvu o výpůjčce, kde doplní a upřesní informace k on-line vzdálené správě analyzátoru.

**Dotaz č. 2**

**V zadávací dokumentaci k VZ:** ve lhůtě do 2 týdnů od účinnosti smlouvy předat vypůjčitel 1 nový, nepoužitý hlavní hematologický analyzátor. Následně ve lhůtě podle dohody mezi půjčitelem a vypůjčitelem, nejpozději však do 8 týdnů od předání prvního přístroje, předat jeden nový, nepoužitý záložní hematologický analyzátor a to v provozuschopném stavu spolu se všemi doklady, kterými osvědčí, že předmět výpůjčky je způsobilý k užívání v ČR ve smyslu příslušných právních předpisů, ''

**Dotaz zní:**

Ve Smlouvě o výpůjčce je uvedeno předání hlavního hematologického analyzátoru do dvou týdnů od účinnosti smlouvy. Jedná se o velmi krátký čas předání, standardní doba dodání nového analyzátoru je 6 až 8 týdnů. Bude zadavatel prodlužovat tuto lhůtu i vzhledem k současné situaci na trhu?

**Odpověď 2:**

Zadavatel trvá na dodání nového, nepoužitého hlavního hematologického analyzátoru ve lhůtě do 2 týdnů od účinnosti smlouvy z důvodu zajištění plynulého provozu, aby nevznikla prodleva mezi vrácením původních analyzátorů a dodání nových analyzátorů.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová  
ředitel

Dne: 26. 10. 2021