



OZNAČENÍ VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

- A** Elektrosilovický vodičů uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5x10⁴ – 10⁶ Ohm.
- Pb** Ochrana proti RTG záření na dveřích (tl. Pb plechu 2,0 mm) – po provedení označit 30 mm vysokými písmeny. Po prověření možno ponechat slůvkující ochranu
- Bo** Borýlová omítka o tl. 3 cm bude na všech slůvkových výšetrovny, jejichž tloušťka je menší než 300 mm – po provedení označit 30 mm vysokými písmeny. Po prověření možno ponechat slůvkující provedení.

POZNÁMKA:

Všechny míry jsou v mm od čísel (obložení) zdi nebo podlahy. Dodržte vždy, dimenze o roztece!

VÝKROJÍ PROJEKTANT		Ing. J. KOUTNÝ		ZOBRAZ. PROJEKTANT		Ing. J. KOUTNÝ		Č. PRÁČ	
AUTOR		Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace							
MÍSTY STAVBY		NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, příspěvková organizace INSTALACE STAVBAŘSKÉHO KOMPLEXU AXON AESTOS MX 4 REMANIS							
OSAH VÝKRESU		Podlahy							
PROJEKT		ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE							
Znak, č.		090015		ČS. výr.		003			
Stupeň		RP		Datum		12/2009			
Měřítko		1:50		Formát		6 x A4			
Střešní		226.		100		00. Průř. 10			
									