

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Zařízení pro překlad pacientů na COS
Zadávací řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	O-2021-4
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2021-048011

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uveřejňuje dodatečné informace k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce. Informace budou nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele, na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Zadavatel doplňuje požadavky zadávací dokumentace, v dokumentu Příloha č. 3 ZD – Technická specifikace dodávky, následovně:

- **Nově zařazen požadavek č. 22 ve znění „Součástí každého překládacího zařízení je elektricky posuvné/výsuvné „okno“, které je schopno uzavřít pracovní prostor nad překládací plochou, když není zařízení v provozu. Pro instalaci nového okna je možno využít stávající stavební otvor a kotvící rám.“**
- **Na profilu zadavatele bude uveřejněna nová aktualizovaná verze Přílohy č. 3 – Technická specifikace předmětu plnění s doplněným požadavkem.**

Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje **do 31. 1. 2022, 11:00 hodin.**

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Veleš, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace