

Vysvětlení / Změna zadávací dokumentace část 4 - č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. I
Část veřejné zakázky:	Část 4 - Centrifuga velkoobjemová
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2022-010127
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	Část 4 - P22V00000045
Datum zahájení zadávacího řízení:	16. 03. 2022
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
IČO:	00179540
Adresa sídla:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. David Rezníčenko, MHA, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Ladislav Šerák, +420 731 025 486, serak@pkkv.cz

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 23. 3. 2022 níže uvedený dotaz:

Dobrý den,

V rámci technické specifikace předmětu plnění Velkokapacitní chlazená centrifuga pro transfuzní aplikace je požadována obousměrná komunikace s LIS.

Je pro zadavatele akceptovatelný přístroj umožňující jednosměrnou komunikaci – směrem do LIS?

Děkujeme za vaši odpověď.

Odpověď:

Ano, přístroj umožňující jednosměrnou komunikaci do LIS je akceptovatelný.

Zadavatel dále bez předchozí žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, mění požadavek na připojení centrifugy do nemocničního informačního systému a to následně:

Původní znění požadavku:

Připojení centrifugy do nemocničního informačního systému (FONS Enterprise STAPRO) jako součást nabídky.

Nové znění požadavku:

Připojení centrifugy do nemocničního informačního systému (Amadeus STEINER) jako součást nabídky.

Příčemž zadavatel zveřejňuje novou „Přílohu č. 1 ZD_ 23.3.22_Specifikace předmětu plnění_část 4_VK chlazená centrifuga“ zahrnující nové znění požadavku, tato je rovněž přílohou tohoto Vysvětlení / Změny ZD část 4 - č.1.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **28. 4. 2022 v 10.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Toto vysvětlení / změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html.

V Havlíčkově Brodě

.....
Mgr. David Rezníčenko, MHA

ředitel

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

podepsáno elektronicky