

Vysvětlení / Změna zadávací dokumentace část 2 - č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. I
Část veřejné zakázky:	Část 2 - Box ONM (biohazard box nuklear)
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2022-010127
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	Část 2 - P22V00000043
Datum zahájení zadávacího řízení:	16. 03. 2022
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
IČO:	00179540
Adresa sídla:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. David Rezníčenko, MHA, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Ladislav Šerák, +420 731 025 486, serak@pkkv.cz

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 7. 4. 2022 níže uvedený dotaz:

V souvislosti s naší zamýšlenou účastí ve výše uvedené nadlimitní VZ, zveřejněné v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, předkládáme tímto žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

Předmět dodatečné informace č. 1:

Příloha č. 1 ZD_Specifikace předmětu plnění_část 2_Box ONM

Požadavek zadavatele:

Technické podmínky plnění, Parametry systému, Laminární box a Příslušenství a výbava boxu.

Znění dotazu:

Je možné vyčlenit z předmětu plnění jako samostatnou, nezávislou část následující požadavky / položky ?:

1ks manuální rozplňovací stanice

- 1ks manipulační wolframové stínění stříkačky 3ml
- 1ks manipulační wolframové stínění stříkačky 5ml

- 1ks manipulační wolframové stínění stříkačky 10ml
- 1ks stojan pro připojení jehly bez přímého kontaktu rukou
- Kontrolní zářič integrovaný v přístroji (nutná denní kontrola stability), s metrologickým ověřením
- Ovládací PC, včetně SW
- OS Win10 Professional 64-bit
- Komunikace a připojení do NIS (FONS Enterprise STAPRO)

1ks stínící šikmý stojan na eluát s průhledem z Pb skla

2ks Stínící kontejner pro manipulaci s roztokem RA

1ks samostatný stínící štít (stínění min. ekvivalent Pb 10 mm)

1ks pinzeta/nástroj pro manipulaci s lahvičkou radiofarmaka - rovný

3ks pinzeta/nástroj pro oddělení krytu injekční jehly

Kontrolní PC/notebook pro měření aktivity (kompaktní zařízení s odpojitelnou klávesnicí, dotykový 13" displej, 4jádrový procesor, 8GB RAM, Win10 Professional 64-bit)

1ks stínění stříkačky 3ml a 1ks stínění stříkačky 5ml pro bezpečnost během natahování – wolframové stínění s Pb sklem

Zdůvodnění požadavku pro dodatečnou informaci č.1:

Požadovaná zařízení, kompatibilní s laminárními boxy i jiných dodavatelů nebo na nich plně nezávislá, dodává na trhu v ČR monopolní výrobce, který je odmítá poskytovat jiným vybraným subjektům. Z tohoto důvodu by se v podstatě jednalo o výzvu jednomu zájemci.

Předmět dodatečné informace č. 2:

Příloha č. 4 ZD_Závazné obchodní a smluvní podmínky_část 2 FIN

Požadavek zadavatele:

IV. LHŮTA PLNĚNÍ

1. Dodavatel předá přístroj ve smyslu čl. VII. této smlouvy nejpozději do 15 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Znění dotazu:

Je možné prodloužit požadovanou dobu dodání na 19 týdnů ?

Zdůvodnění požadavku pro dodatečnou informaci č.2:

Vzhledem k následkům pandemie Covid-19 je výrobce konfrontován s celosvětovými problémy s dodacími lhůtami nezbytných komponent systémů. Z tohoto důvodu je téměř nemožné dodržovat standardní dodací lhůty před pandemií Covid-19.

Děkujeme za odpověď a zůstáváme s veškerou úctou.

Odpověď:

ad 1)

Zadavatel mění specifikaci v části 2 - Box ONM (biohazard box nuklear), kdy **příslušenství, nebude nově součástí dodávky** předmětu plnění v části 2 - Box ONM (biohazard box nuklear).

Nová specifikace:

Zadavatel zveřejňuje upravenou „Přílohu č. 1 ZD_ 12.4.22_ Specifikace předmětu plnění _část 2_box ONM“, tato je přílohou tohoto Vysvětlení / Změny ZD část 2 - č.1.

ad 2)

Zadavatel mění dodací lhůtu v části 2 veřejné zakázky, a stanovuje tímto novou lhůtu dodání pro Část 2 - Box ONM (biohazard box nuklear) a to tak, aby plnění části 2 bylo provedeno ve lhůtě **do 19 týdnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Čímž se mění čl. 5 Zadávací dokumentace a čl. IV odst. 1 Kupní smlouvy (Příloha č. 4 ZD_Závazné obchodní a smluvní podmínky_část 2 FIN)

Původní znění 2. odst. čl. 5 Zadávací dokumentace:

„Zadavatel požaduje, aby plnění tvořící předmět části 1, 3, 4 a 5 veřejné zakázky bylo provedeno ve lhůtě do 12 týdnů a aby plnění části 2 bylo provedeno ve lhůtě do 15 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy uzavřené na její plnění.“

Nové znění 2. odst. čl. 5 Zadávací dokumentace:

„Zadavatel požaduje, aby plnění tvořící předmět části 1, 3, 4 a 5 veřejné zakázky bylo provedeno ve lhůtě do 12 týdnů a aby plnění části 2 bylo provedeno ve lhůtě do 19 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy uzavřené na její plnění.“

Původní znění 1. odst. čl. IV Kupní smlouvy:

„Dodavatel předá přístroj ve smyslu čl. VII. této smlouvy nejpozději do 15 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“

Nové znění 1. odst. čl. IV Kupní smlouvy:

„Dodavatel předá přístroj ve smyslu čl. VII. této smlouvy nejpozději do 19 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“

Zadavatel zveřejňuje upravenou „Přílohu č. 4 ZD_12.4.22_Závazné obchodní a smluvní podmínky_část 2 FIN“, tato je přílohou tohoto Vysvětlení / Změny ZD část 2 - č.1.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace včetně specifikace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **23. 5. 2022 v 10.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Toto vysvětlení / změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html.

V Havlíčkově Brodě

.....
Mgr. David Rezničenko, MHA

ředitel

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

podepsáno elektronicky