

Vysvětlení / Změna zadávací dokumentace část 2 - č. 3

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. I
Část veřejné zakázky:	Část 2 - Box ONM (biohazard box nuklear)
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2022-010127
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	Část 2 - P22V00000043
Datum zahájení zadávacího řízení:	16. 03. 2022
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
IČO:	00179540
Adresa sídla:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. David Rezníčenko, MHA, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Ladislav Šerák, +420 731 025 486, serak@pkkv.cz

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 20. 4. 2022 níže uvedený dotaz:

„Vážení,

V souvislosti s naší účastí v „Části 2“ výše uvedené veřejné zakázky a změnou její specifikace podáváme následující informaci a dotaz.

Požadavek zadavatele dle původního znění specifikace:

Technické podmínky plnění, Parametry systému, Laminární box a příslušenství a vybava.

Text dotazu:

1. Ve specifikaci byly zahrnuty také tyto položky:

- 1ks manuální rozplňovací stanice*
- 1ks manipulační wolframové stínění stříkačky 3ml*
- 1ks manipulační wolframové stínění stříkačky 5ml*
- 1ks manipulační wolframové stínění stříkačky 10ml*
- 1ks stojan pro připojení jehly bez přímého kontaktu rukou*
- Kontrolní zářič integrovaný v přístroji (nutná denní kontrola stability s metrologickým ověřením)*

- Ovládací PC, včetně SW
- OS Win 10 professional 64-bit
- KOMunikace a připojení do NIS (FONS Enterprise STARPRO)
- 1ks Stínící šikmý stojan na eluát s průhledem z Pb skla
- 2ks Stínící kontejner pro manipulaci z roztokem RA
- 1ks Samostatný stínící štít (stínění mín. ekvivalent Pb 10mm)
- 1ks Pinzeta/ nástroj pro manipulaci s lahvičkou radiofarmaka- rovný
- 3ks Pinzeta/nástroj pro oddělení krytu injekční jehly
- Kontrolní PC/notebook pro měření aktivity (kompaktní zařízení s odpojitelnou klávesnicí, dotykový displej, 4 jádrový procesor, 8GB RAM, Win 10 Professional 64-bit)
- 1ks stínění stříkačky 3ml a 1ks stínění stříkačky 5ml pro bezpečnost během natahování - wolframové stínění s Pb sklem

Uvedené položky jsou standardními výrobky, které produkuje několik firem v Evropě. Jsou v různých variantách (samozřejmě v různém standardu) také v portfoliu mimoevropských výrobců. Konstatování, že jmenované produkty dodává v ČR na trhu tzv. monopolní výrobce tedy neodpovídá realitě.

██████████ je skutečně jediným výrobcem těchto prvků v ČR (samozřejmě kromě PC a kalibračních zářičů). Je však také jediným výrobcem laminárních boxů v ČR. Zadavatel dotazu, na jehož základě byly tyto položky ze specifikace vypuštěny je tedy dovozce, zřejmě zástupce zahraničního výrobce na trhu v ČR. Firma, jejíž výrobky v ČR prodává zřejmě nemá zájem drobnou výrobu oddělení NM do ČR dodávat. Jsou však na evropském trhu zastupitelné.

Z uvedeného vyplývá, že specifikace v původním znění, pokud by zůstala beze změny, by nebyla výzvou jednomu zájemci, neboť požadované vybavení je běžně na světovém trhu.

Změnu specifikace, vypuštění uvedených položek by naopak bylo možno hodnotit jako zvýhodnění dovozce před domácím, českým výrobcem.

Považujeme za vhodné ještě uvést následující informaci:

██████████ opravdu nenabízí svou produkci konkurenčním firmám. V tomto případě konkurenční zájemce ve výběrovém řízení upozorňuje na to, že ██████████, jediný výrobce v ČR, odmítá své výrobky nabídnout firmě, se kterou se střetává ve výběrovém řízení. ██████████ by v tomto případě mohl konkurenčnímu prodejci své výrobky nabídnout za podstatně vyšší cenu a tím jej ve výběrovém řízení výrazně znevýhodnit. Tyto nečisté obchodní praktiky však ██████████ nepoužívá.

Prosíme o odpověď na následující dotazy:

- Platí změněná technická specifikace, odůvodněná informací od dalšího zájemce?
- Není na závalu účasti ve výběrovém řízení to, že ██████████ je v ČR jediným, monopolním výrobcem laminárních boxů pro nukleární medicínu?“

S pozdravem

Odpověď:

ad 1)

Zadavatel uvádí, že platí poslední zveřejněná specifikace. (k dnešnímu dni je poslední zveřejněná specifikace pro Část 2 ze dne 14. 4. 2022)

ad 2)

Zadavatel se řídí relevantními ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek a uveřejnil a zpřístupnil veřejnou zakázku široké veřejnosti a dodavatelům tím, že uveřejnil zadávací podmínky na profilu zadavatele bez omezení a rovněž zahájil zadávací řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek včetně Úředního věstníku Evropské unie.

Zadávacího řízení se tak může účastnit jakýkoli dodavatel splňující podmínky účasti vyjádřené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

K vyjádření tazatele, že „vypuštění uvedených položek by naopak bylo možno hodnotit jako zvýhodnění dovozce před domácím, českým výrobcem“, zadavatel jasně a zřetelně uvádí, že právě vypuštění uvedených položek znamená možnost rozšíření okruhu možných účastníků zadávacího řízení.

Toto vysvětlení a odpovědi se uveřejňují na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html.

V Havlíčkově Brodě

.....
Mgr. David Rezníčenko, MHA

ředitel

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
podepsáno elektronicky