







DEZINFEKČNÍ ŘÁD



oblast použití		přípravek	účinná látka	konzcentrace	expozece	účinnost	způsob aplikace	
 RUCES	MYTÍ RUKOU	tekuté mýdlo dle nabídky PROSAVON	mycí emulze	Navlhčit ruce, nanést mýdlo, 30 s umývat, opláchnout tekoucí vodou, utřít do jednorázového ručníku.				
	HYGIENICKÁ DEZINFEKCE	PROMANUM Pure MANUSEPT BASIC SEPTODERM STERILLIUM	etanol, 2-propanol etanol etanol, isopropanol, KAS propanol	konc. 3 ml	30 s	ABTM, MRSA	3 ml dezinfekčního prostředku nanést na suché ruce, 30 s vtírat stanoveným postupem do zaschnutí, pozornost věnovat konečkům prstů a palcům.	
	CHIRURGICKÁ DEZINFEKCE	PROMANUM Pure STERILLIUM	etanol, 2-propanol propanol	konc. 2 x 5 ml	3 min	ABTM, MRSA	10 ml dezinfekčního prostředku vtírat 3-5 min do pokožky rukou a předloktí do úplného zaschnutí. Ruce se neotírají.	
	OŠETŘENÍ RUKOU	TRIXO TRIXO lind	kosmetická emulze	Vtírat do pokožky dle potřeby a vždy na závěr pracovní směny.				
	UDRŽOVAT VLHKÉ RUCES OD TEKUTÉHO ALKOHOLOVÉHO DEZINFEKČNÍHO PŘÍPRAVKU PO CELOU DOBU EXPOZICE !!!!							
 POKOŽKA	DEZINFEKCE POKOŽKY A OPERAČNÍHO POLE	SOFTASEPT N	etanol, propanol	konc.	vpich - 15 s	ABMTV, MRSA	Pokožku důkladně smočit, nechat zaschnout. Dodržovat expozici dle dezinfikované oblasti. Na operační pole používat barevný dezinfekční roztok.	
		SEPTODERM	alkohol	konc.	vpich - 15 s	ABMTV, MRSA		
		BRAUNODERM	alkohol, PVP jód	konc.	do zaschnutí	ABTMV, MRSA		
		SKINSEPT G	etanol, propanol	konc.	do zaschnutí	ABTMV, MRSA		
		CHLORHEXIDIN 2%	chlorhexidin diglukonát	konc.	do zaschnutí	ABTV, MRSA		
	NA SLIZNICE A RÁNY	OCTENISEPT	octenidin hydrochlorid	konc.	1 min	A(B)(V)	Sliznici důkladně smočit, nechat zaschnout. Postupovat dle návodu výrobce. BRAUNOL - případně ředění dle indikace a příbalové informace	
		BRAUNOL	vodný roztok PVP jodu	konc.	1 min	ABCM TV, MRSA		
 NÁSTROJE	DEKONTAMINACE NÁSTROJŮ A POMŮCEK Z PRYŽE, PLASTŮ, SKLA	SEKUSEPT Aktiv	peroxouhličitán sodný	1%	60 min	ABTMV, MRSA	Ponořit nástroje do pracovního roztoku po stanovenou dobu expozice, poté mechanicky očistit. Roztok se připravuje na každou směnu čerstvý.	
				2%	15 min	ABCTMV, MRSA		
		STABIMED fresh	amin	0,5%	60 min	A(B)TMV, MRSA		
				1%	30 min	A(B)TMV, MRSA		
	MYČKY NÁSTROJŮ	NEODISHER	VIZ STANDARTY JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ Konzcentrace a expozice je řízen automatickým programem myčky.					
	GASTROSKOPY, KOLONOSKOPY	Dvoustupňová dezinfekce (DSD)					Po dekontaminaci (1. lázeň) ponořit do pracovního roztoku po stanovenou dobu expozice, opláchnout vodou a vložit do myčky. Konzcentrace a expozice je řízena programem. Roztok DSD (2. lázeň) použít v případě nefunkčnosti myčky.	
		SEKUSEPT Aktiv 1. lázeň	peroxouhličitán sodný	2%	15 min	ABCTMV		
		GIGAZYM X-tra 1. lázeň	KAS, biguanid + enzym	1% 2%	15 min 5 min	A(B)V		
		PROCURA Instru zym 1. lázeň	glykol + enzym	1% 3%	15 min 5 min	A(B)V		
		SEKUSEPT Aktiv 2.lázeň	peroxouhličitán sodný	2%	15 min	ABCTMV		
		PROCURA Endo star 2.lázeň	KAS,biguanid, amin	3%	15 min	ABCTMV		
	BRONCHOSKOPY, LARYNGOSKOPICKÁ LŽICE	Vyšší stupeň dezinfekce (VSD)					Po dekontaminaci ponořit do pracovního roztoku po stanovenou dobu expozice, opláchnout sterilní vodou, osušit a uložit.	
		SEKUSEPT Aktiv 2. lázeň	peroxouhličitán sodný	2%	15 min	ABCTMV		
 MALÉ PLOCHY	DEZINFEKCE MALÝCH PLOCH A ZP	DESAM OX	peroxid vodíku, KAS	1%	30 min	A(B)TM(V), MRSA	Vytrít či omýt pracovním roztokem na mokro a nechat zaschnout	
		DESAM Effect	amin, fenoxyetanol, KAS	0,25%	30 min	A(B)(V), MRSA		
		APLIKAČNÍ POMŮČKA na dezinfekci malých ploch WIPES	INCIDIN OxyFoam S TERRALIN PROTECT	peroxid vodíku KAS, amin	konc. 0,5%	5 min 60 min	ABCM TV, MRSA A(B)TM(V), MRSA	Určeno na novorozenecké oddělení - inkubátory.
			DESAM OX	peroxid vodíku, KAS	2%	30 min	A(B)TM(V), MRSA	
	RYCHLÁ DEZINFEKCE MALÝCH PLOCH		DESAM Effect	amin, fenoxyetanol, KAS	0,5%	30 min	A(B)(V), MRSA	Aktuální přípravek, koncentrace, expozice a datum plnění musí být vždy uvedeno na etiketě. Stabilita roztoku je 28 dní. Do kbelíku vložit roli a nalít 3 l pracovního roztoku. Před dalším plněním důkladně vymýt a vytrít do sucha !!!
			MIKROBAC Forte	KAS, amin	sáček/3 l vody	60 min	A(B)V, MRSA	
		KOHR SOLIN FF	KAS, aldehyd	15 min		A(B)V, MRSA		
		RYCHLÁ DEZINFEKCE MALÝCH PLOCH	DESPREJ NEW	alkohol, KAS	konc.	30 sec	ABMTV, MRSA	
	DEKONTAMINACE při náhodném potřísnění biologickým materiálem. Místo překrýt buničitou vatou provlhlčenou dezinfekčním přípravkem nalitým přímo z láhve. Po uplynutí expozice (30 sekund) mechanicky očistit a dezinfikovat běžným dezinfekčním prostředkem na plochy.							
	DESAM wipes		alkohol, KAS	konc.	1 min	ABMTV, MRSA	Povrch otřít a nechat zaschnout	
	Mikrozyd universal wipes		propan-2ol, etanol	konc.	2 min	A(B)(V), MRSA		
	RYCHLÁ DEZINFEKCE MALÝCH PLOCH Z CITLIVÝCH MATERIÁLŮ (PC vybavení, monitory, inf. pumpy, UŽ sondy, koženka, plexi atd.)	MELISEPTOL FOAM PURE - pěna	KAS, alkohol	konc.	1 min	ABMTV, MRSA	OŠETŘENÍ CITLIVÝCH MATERIÁLŮ Pěnu nanést, rozetřít nebo ubrouskem otřít a nechat zaschnout	
		MELISEPTOL WIPES SENSITIVE - ubrousek	KAS, alkohol	konc.	1 min	ABMTV, MRSA		
 VELKÉ PLOCHY	VELKÉ PLOCHY	DESAM OX	peroxid vodíku, KAS	1%	30 min	A(B)TM(V), MRSA	Vytrít či omýt prac. roztokem na mokro a nechat zaschnout. Za dodržování hygienických standardů odpovídá úklidová firma.	
		DESAM Effect	amin, fenoxyetanol, KAS	0,25%	30 min	A(B)(V), MRSA		
 OSTATNÍ	VÝLEVKY, UMYVADLA TOALETY, NÁDOBY NA ŠTĚTKY	SAVO WC	chlor	konc.	30 min	A	Aplikovat na povrch a mechanicky očistit. Nechoť působit co nejdéle.	
		ProCura Klorsept tablety	troklosen sodium	1/4 tbl / 1 l	30 min	ABCM TV, MRSA	Omýt připraveným roztokem, prolít sifon a nechat působit co nejdéle. Štěrky zalít, roztok měnit každý den.	

Roztoky dezinfekčních přípravků na povrchy se připravují na každou pracovní směnu ČERSTVÉ. (mimo DP v aplikačním kbelíku WIPES)
Frekvence střídání DP na plochy 1x za měsíc.

LEGENDA ÚČINNOSTI	A - baktericidní B - plně virucidní - i na neobalené viry (B) - omezeně virucidní T - tuberkulocidní	M - mykobaktericidní C - sporicidní V - fungicidní (V) - omezeně fungicidní

Vypracovala: Věra Devlová - nozokomiální sestra	Schválila: PhDr. Lada Nováková, PhD. - náměstkyně pro ošetrovatelskou péči
---	--

Za kontroly a dodržování zodpovídají: staniční a vrchní sestry oddělení

Platnost od: 1. 4. 2019