



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Rekonstrukce pracoviště oddělení nukleární medicíny
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
ev. č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2022-016126
ev. č. VZ u zadavatele:	02/22/VZ

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 10.5.2022 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
<p>Specifikace předmětu veřejné zakázky</p> <p>Požadavek zadavatele:</p> <p>4. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky</p> <p>4.1 Předmět plnění</p> <p>4.1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení veškerých stavebních prací, dodávek služeb nutných k realizaci díla - rekonstrukce pracoviště oddělení nukleární medicíny v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací pod názvem „Úprava čistých prostor přípravy Radiofarmak, Nemocnice Nové Město na Moravě“, zpracovanou společností ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. se sídlem Jižní 870/0, 500 03 Hradec Králové, IČO 64792374, (dále jen „projektová dokumentace“) a touto ZD. Součástí předmětu plnění mimo jiné i dodávka přístroje - laminárního boxu ve specifikaci uvedené v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č.1 této ZD.</p> <p>DOTAZ:</p> <p>Je možné rozdělit tuto VZ na 2 části a to na úpravu čistých prostor přípravy radiofarmak a dodávku laminárního boxu s možností podat cenovou nabídku na jednu nebo obě části najednou?</p> <p>Zdůvodnění požadavku pro dodatečnou informaci č. 1</p> <p>Jedná se o nezávisle, navzájem neovlivněné činnosti/dodávky a při aktuálním požadavku na předmět plnění lze velice pravděpodobně očekávat pouze jednu nabídku najednou?</p>

Znění odpovědi:

Zadavatel se neztotožňuje s názorem tazatele - činnosti jsou na sobě nezávislé pouze zdánlivě. Zadavatel je toho názoru, že rekonstrukce pracoviště přípravný a dodávka laminárního boxu do těchto prostor spolu souvisí, a to z dále popsaných důvodů.

Časová a místní koordinace obou činností, uvedených v předmětu dané veřejné zakázky (úprava čistých prostor a dodávka laminárního boxu) je velice důležitá pro schopnost zadavatele znovu a co nejdříve na daném pracovišti poskytovat zdravotní péči - v tomto případě se jedná o vysoce specifickou a odbornou péči, kterou dané pracoviště poskytuje v okrese Žďár nad Sázavou jako jediné. S dodávkou laminárního boxu souvisí některé činnosti a práce, vyplývající z projektové dokumentace; tyto práce a činnosti musí být prováděny koordinovaně v průběhu rekonstrukce pracoviště tak, aby celá rekonstrukce včetně dodávky technologie proběhla efektivně a úspěšně v době odstávky provozu, kterou zadavatel stanovil. V případě zadání předmětu zakázky jednomu dodavateli pak bude tento dodavatel zodpovědný za dodržení termínu odstávky pracoviště a také za koordinaci všech činností včetně potřebných validací tak, aby došlo k minimalizaci přerušení poskytované péče na tomto pracovišti, resp. k dodržení zadavatelem vymezené doby odstávky pracoviště.

Zadavatel k vyjádření doplňuje, že v průběhu rekonstrukce daného prostoru přípravný, tj. v době odstávky provozu oddělení nukleární medicíny, bude na tomto pracovišti probíhat i dodávka nové technologie – gamakamery SPECT/CT včetně všech souvisejících nezbytných činností a úprav místa dodávky technologie (bourací práce související s dodávkou technologie, úprava prostor, elektroinstalace, vzduchotechnika aj.); dodávka gamakamery SPECT/CT bude realizována na základě výsledku veřejné zakázky vedené ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-046107).

S ohledem na výše uvedené zadavatel zdůrazňuje, že jako veřejný zadavatel a současně i poskytovatel zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách musí při své činnosti mimo jiné naplňovat i zásady 3E, kdy musí jednat účelově, hospodárně a efektivně, což v daném případě znamená realizovat rekonstrukci pracoviště oddělení nukleární medicíny spočívající v rekonstrukci pracoviště přípravný radiofarmak a dodávce nové gamakamery SPECT/CT co nejefektivněji a v co nejkratší době.

Dotaz č. 2

Znění dotazu:

Projektová dokumentace (příloha č.1 ZD) - specifikace laminárního boxu

Požadavek zadavatele:

Z technické specifikace laminárního boxu, uvedené v dokumentu 002_TZ_CP - příloha 2.docx vyplývá, že požadavek zadavatele je na stíněný laminární box „otevřeného“ typu, t.j. s posuvným stínícím štítem (oknem) s Pb sklem.

Dotaz:

Trvá zadavatel ve specifikaci stíněného laminárního boxu na tzv. “otevřeném” typu ?

Zdůvodnění požadavku pro dodatečnou informaci č.2:

Více než 20 let je na pracovišti NM provozován tzv. “uzavřený” typ stíněného laminárního boxu, t.j. s Pb sklem v pevném rámu a s uzavíratelnými otvory (průstrky) pro ruce, který poskytuje vyšší ochranu obsluhujícího personálu před jaderným zářením. Aktuálně požadovaný typ by znamenal zvýšenou radiační zátěž a s tím související provozní a legislativní problémy.

Znění odpovědi:

Zadavatel netrvá ve specifikaci stíněného boxu na tzv. „otevřeném“ typu.

V té souvislosti zadavatel upravuje technické podmínky uvedené v dokumentu „002_TZ_CP - příloha 2.docx“, a to tak, že upravuje požadavky v pol. 1.5, 1.6 a 3.3.

Rozhodnutí zadavatele

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi, zadavatel rozhodl o **úpravě technických podmínek na laminární box**, uvedených v dokumentu 002_TZ_CP - příloha 2.docx, a to tak, jak je popsáno výše.

Nové znění přílohy Projektové dokumentace 002_TZ_CP - příloha 2.docx s technickou specifikací laminárního boxu včetně zvýrazněných – **červeně označených** úprav je přílohou této zprávy.

Poznámka: zadavatel informuje, že pokud obdrží nabídky obsahující původní znění přílohy, nebude to důvod k vyloučení takového účastníka zadávacího řízení za předpokladu, že nabízené plnění – laminární box bude splňovat technické podmínky zadavatele platné ke dni skončení lhůty pro podání nabídek.

Ostatní ustanovení v celé zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změn.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s výše popsányými změnami zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona **PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK O CELOU JEJÍ PŮVODNÍ DÉLKU, a to do pátku 17.6.2022 do 9:30 hodin** (čas zůstává beze změny). Otevírání nabídek se uskuteční dne 17.6.2022 v 9:30 hodin (čas zůstává beze změny), a to za podmínek uvedených v čl. 15 ZD.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel v souladu s § 212 odst. 4 zákona oznamuje dodavatelům provedení změny informací v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) dne 2.5.2022 pod ev. č. F2022-016126. Opravný formulář byl zadavatelem odeslán do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU dne 11.5.2022.

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html.

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).

V Novém Městě na Moravě dne 12.5.2022

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

.....*Palečková*.....

JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice

Příloha: Nové znění přílohy 002_TZ_CP - příloha 2.docx ke dni 12.5.2022