

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na podlimitní veřejnou zakázku
„Optický koherentní tomograf“

ev. č. VZ6/2022

Zadávací řízení je zahájeno jako zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu § 3 písm. a) a v režimu § 52 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: **Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace**
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČO: 00839396
DIČ: CZ00839396
Právní forma: příspěvková organizace
Zastoupená: **Ing. Evou Tomášovou, ředitelem**

Kontaktní osoba: Ing. Monika Maule, obchodní oddělení
Telefon: 568 809 332, 739 455 418
E-mail: mmaule@nem-tr.cz

Obecná URL: www.nem-tr.cz
ID datové schránky: tecrjqc

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

33115000-9 Tomografické přístroje

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení **1 ks jednoho nového nepoužívaného optického koherentního tomografu** pro oční oddělení Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

Podrobné požadavky zadavatele na dodávku a další podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách a technické specifikaci, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

3. Technické podmínky

Zadavatel požaduje dodávku, instalaci, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a dodání potřebných dokladů a návodu v českém jazyce k 1 ks nového a nepoužívaného zdravotnického prostředku – optického koherentního tomografu pro oční oddělení Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle technické specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci (dále také pouze „přístroj“).

Minimální požadavky:

• Obecné požadavky

- Jednoduchá obsluha – nastavení polohy vyšetřovaného oka prostřednictvím motorizovaných opěrek
- Postavení pacient-vyšetřující 90°
- Kompaktní přístroj včetně stolku, tiskárny a min. 22“ širokoúhlého monitoru
- Zdroj záření – superluminiscenční dioda 840 nm
- Počet A skenů min.- 100 000/sec,
- Axiální rozlišení <5 µm
- Transversální rozlišení <12 µm
- Hloubka skenování zadního segmentu
 - 2,9 mm pro
 - 12 mm jednořádkový HD 100x sken
 - rastrový sken
 - angiografický sken 8x8 mm, HD 8x8 mm, 12x12 mm
 - 2 mm pro všechny ostatní skeny
- LSO zobrazení fundu (Line Scanning Ophthalmoscope)
- Motorizovaná fokusace v rozsahu -20 D +20 D včetně autofokusu
- Minimální velikost zorničky při měření na OCT i LSO 2 mm
- Aktivní eye tracking – min. 30 Hz, tolerující mrknutí pacienta v průběhu skenování
 - eliminace pohybů oka během vyšetření
 - zaručení skenování shodné oblasti sítnice při „follow-up“ následném vyšetření
- DICOM interface
- Přístroj splňující technické požadavky pro účast na mezinárodních studiích v oblasti glaukomu a onemocnění sítnice
- Normativní databáze schválené a certifikované FDA

• Reálné zobrazení fundu oka

- LSO – line scanning oftalmoskop
 - Zdroj záření – superluminiscenční dioda 750 nm
 - Úhel zobrazení – 36°x 30°
 - Opakovací frekvence - >20 Hz
 - Rozlišení 25 µm v tkáni

- **Možnosti skenování zadního segmentu oka:**

- Makula – minimálně 200x200 skenů – >40 mil. bodů – doba skenování maximálně 1.7 sek (reálně <1 sek)
- Makula – minimálně 512x128 skenů – >67 mil. bodů – doba skenování maximálně 2.6 sek (reálně <1 sek)
- Terč zrakového nervu minimálně 200x200 skenů - >40 mil. bodů – doba skenování maximálně 1.6 sek (reálně <1 sek)
- RNFL sken – datová kostka – normativní databáze pro celou skenovanou oblast (6x6 mm)
- Radiální sken (minimální rozlišení 1024 bodů)
- Rastr 5 liniových skenů – délka skenů 3, 6, 9 mm (minimální rozlišení 1024 bodů)
- Radiální HD sken – délka skenu 3, 6, 9 mm (minimální rozlišení 20x1024 bodů)
- Super HD sken – délka skenu 3,6,9,12 mm (100 v 1 – minimální rozlišení 100x1024 bodů)
- HD 21 řádkový sken – délka skenů 3,6,9 mm (minimální rozlišení 20x1024 bodů)
- HD křížový sken – délka skenů 3,6 mm (5 skenů horizontálních+5 skenů vertikálních – minimální rozlišení 20x1024 bodů)
- HD radiální – délka skenů 3,6 mm (soustava 12 radiálních skenů – minimální rozlišení 100x1024 bodů)
- Funkce vylepšeného zobrazení choriokapilaris

- **Možnosti skenování předního segmentu oka**

- **Skenování bez přídavné čočky (standard)**
 - Minimálně 512x128 skenů – >67 mil. bodů – doba skenování maximálně 2.5 sek (reálně <1 sek)
 - Rastr 5 liniových skenů (minimální rozlišení každého skenu 1024 bodů)
 - HD zobrazení předněkomorového úhlu (minimální rozlišení 20x1024 bodů)
- **Skenování s přídavnou čočkou (volitelné příslušenství)**
 - Jednoduchá fixace pomocí magnetu a automatická detekce typu čočky
 - Čočka „**ANTERIOR CHAMBER**“
 - Délka skenu 14-16 mm dle natočení skenu
 - HD detailní zobrazení a rozměření předněkomorových úhlů (minimální rozlišení 20x1024 bodů)
 - Detailní zobrazení a rozměření přední komory oka (minimální rozlišení 20x1024 bodů)
 - Čočka „**CORNEA**“
 - Délka skenu 8 mm
 - HD detailní zobrazení a možnost měření centrální oblasti rohovky (minimální rozlišení 20x1024 bodů)
 - Změření a kalkulace pachymetrické mapy (minimálně 24 radiálních skenů – minimální rozlišení každého skenu 1024 bodů)
 - **Mapování a měření tloušťky vrstvy rohovkového epitelu**

- **OCT Angiografie**

- Neinvazivní zobrazení a analýza průtoku krve všemi vrstvami sítnice (OCT angiografie).
- Pořízení OCT Angio skenu v jednom kroku
- Doba pořízení plnohodnotného OCT Angio skenu – max. 15 s.
- Oblast skenování
 - 3 x 3, 6 x 6, HD 6x6, 8 x 8, HD 8x8, 12x12 mm pro makulu
 - 4,5 x 4,5 mm pro OHN
 - montáž 6 oblastí 6x6 mm

- montáž 5 oblastí 8x8 mm
- Předdefinované vrstvy zobrazení
 - 1. rozhraní sklivec-sítnice
 - 2. povrchová vrstva sítnice (superficial)
 - 3. střední vrstva sítnice
 - 4. avaskulární vrstva sítnice
 - 5. kombinace 2.-4.
 - 6. choriokapillaris
 - 7. choroidea
 - 8. celá sítnice
- Možnost uživatelské definice vlastní vrstvy
- Matrice pro porovnání nálezů neinvazivní angiografie mezi dvěma vyšetřeními – „follow up“ v oblasti makuly
 - Automatická detekce a porovnání velikosti a cirkularity hodnot perfúze a vaskularizace FAZ – foveální avaskulární zóny
 - Porovnání hodnot perfúze a vaskularizace v oblasti ETDRS
- Matrice pro porovnání nálezů neinvazivní angiografie mezi dvěma vyšetřeními – „follow up“ v oblasti v oblasti OHN
 - Porovnání velikosti plochy kapilární perfúze v oblasti OHN v %
 - Porovnání parametru „FLUX INDEX“ – hustota kapilární perfúze
 - Kvantifikace radiálních peripapilárních kapilár (RPC)
- Možnost montáže skenů
 - 6 oblastí 6x6 mm (výsledná oblast 10x14 mm)
 - 5 oblastí 8x8 mm (výsledná oblast 14,4x14,4 mm)
- **Možnosti analýzy a hodnocení nálezů:**
 - Analýza a normativní databáze pro hodnocení tloušťky RNFL
 - Automatická centrace analyzované kružnice RNFL kolem terče zrakového nervu
 - Analýza a normativní databáze pro hodnocení terče zrakového nervu
 - Analýza a normativní databáze pro hodnocení oblasti makuly
 - Funkce automatického vyhledávání fovey
 - Analýza a normativní databáze pro analýzu tloušťky vrstvy gangliových buněk
 - Analýza progresu vrstvy gangliových buněk
 - Automatické umístění skenování do centra fovey (makulární sken) nebo do centra zrakového nervu (sken zrakového nervu)
 - Vývojová analýza k posouzení progresu nálezů v oblasti makuly
 - Analýza progresu glaukomu
 - Na základě hodnocení RNFL
 - Na základě hodnocení parametrů terče zrakového nervu
 - Pokročilé možnosti separace a zobrazení povrchů a objemů jednotlivých vrstev sítnice díky 3D animaci
 - Porovnání výsledků pravého a levého oka
 - Výtisk všech výsledků jednoho oka na jeden report (normativní data makuly i terče zrakového nervu)
 - panoramatická mapa okolí makuly a terče zrakového nervu a jejich hodnot na jednom výtisku (normativní data makuly, RNFL a tloušťky vrstev gangliových buněk)
 - Pokročilá analýza RPE – vývojová analýza k posouzení progresu geografických atrofií
 - Analýza a měření předního segmentu oka
 - Měření tloušťky rohovky
 - pachymetrická mapa
 - vizualizace a měření parametrů předněkomorového úhlu
 - vizualizace a měření parametrů přední komory oka

- **Další požadavky**

- Software pro propojení HD-OCT a perimetru přes archivační a databázový systém, které vytvoří kombinace reportů z perimetru a OCT a kvantifikování strukturálních a funkčních změn na sítnici a progresu změn ve vidění pacienta – management glaukomu
- Propojení se stávajícími fundus kamerami, perimetrem, optickým biometrem a fotošterbinou přes archivační a databázový systém

Technická část nabídky

Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- zákonem č. 89/2021 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejm. vyhláškou č. 186/2021 Sb. nebo zákonem č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími předpisy, zejména nařízením vlády vztahujícím se ke zdravotnickým prostředkům č. 56/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015 Sb. dle toho, do které kategorie zdravotnických prostředků je předmět veřejné zakázky zařazen;
- zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků;
- ostatní platnou legislativou a harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky.

Realizace předmětu veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnými právními předpisy, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou zde uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů, u každého takového odkazu umožňuje zadavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

V rámci nabídky účastník zadávacího řízení předloží:

- a) produktové listy s technickou specifikací ke každé položce nabízeného zboží v českém jazyce, případně v anglickém jazyce s přiloženým překladem do českého jazyka – zadavateli budou produktové listy s technickou specifikací sloužit mimo jiné i ke kontrole splnění požadovaných technických parametrů;
- b) návod k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce;
- c) prohlášení o shodě - všechny výrobky musí být označeny značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a musí být z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče. Účastník doloží prohlášení o shodě, CE certifikátu (kopie v českém jazyce).
- d) registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve smyslu § 26 a násl. zákona č. 268/2014 Sb.;
- e) čestné prohlášení k autorizaci servisu (Pověření výrobcem zdravotnického prostředku k prodeji a servisu vč. proškolení techniků dle § 64 a souvisejících dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a registrace v Registru zdravotnických prostředků (ohlašovací povinnost) dle § 26 a souvisejícího zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Z předložených dokladů musí být zřejmé, že nabízené přístroje splňují minimální technické parametry stanovené zadavatelem.

V případě, že přístroj nabídnutý účastníkem nebude výše uvedené minimální požadavky splňovat, bude tato nabídka z dalšího hodnocení vyřazena.

Požadavky na záruku za jakost

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky za jakost dle § 2113 a násl. občanského zákoníku **v délce 24 měsíců** a to bezplatně. Součástí záruky za jakost bude kvalifikované provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku – viz obchodní podmínky obsažené v Návrhu kupní smlouvy - příloha č. 3 této zadávací dokumentace.

4. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Termíny plnění

Termín zahájení plnění: od data účinnosti kupní smlouvy

Termín ukončení plnění: 12 týdnů od data účinnosti kupní smlouvy

Místo plnění

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, oční oddělení

5. Kontaktní osoba

Kontaktní osoba

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace a podklady potřebné pro splnění veřejné zakázky, přičemž kontaktní osobou je:

Ing. Monika Maule, referent obchodního oddělení, tel. +420 568 809 332, mobil: +420 739 455 418, email: mmaule@nem-tr.cz.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit splnění kvalifikačních předpokladů (ze zákona možno nahradit čestným prohlášením o splnění kvalifikace) doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem ve výzvě nebo v této části zadávací dokumentace v tomto rozsahu:

Základní způsobilost

Způsobilým (§ 74 odst. 1 zákona) není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Prokázání základní způsobilosti dle § 75 odst. 1 zákona:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Zadavatel ve smyslu § 86 odst. 2 zákona připouští, aby doklady k prokázání základní způsobilosti dodavatel nahradil čestným prohlášením. Vybraný dodavatel předloží podle § 122 odst. 3, písm. a) zákona originály nebo úředně ověřené kopie výše stanovených dokladů k prokázání splnění základní způsobilosti.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost dle § 77 zákona splňuje účastník, který předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku, či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

Technická kvalifikace

- a) Účastník prokazuje splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu min. 3 významných obdobných plnění realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

„Významnou dodávkou obdobného plnění“ se pro účely prokázání technické kvalifikace účastníků v této veřejné zakázce rozumí **dodávka optického koherentního tomografu nebo obdobného zařízení v minimální finanční výši 1 000 000 Kč bez DPH.**

Způsob prokázání kvalifikace

- Účastník je povinen předložit všechny zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokladů je povinen přiložit kopii jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

- Účastník doloží v nabídce prosté kopie dokumentů, přičemž doklad prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- Účastníci mohou k prokázání základních a profesních způsobilostí využít za podmínek stanovených v § 228 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.
- Účastníci mohou k prokázání způsobilosti využít za podmínek stanovených v § 234 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů.
- Účastníci mohou dle § 53 odst. 4 nahradit kvalifikační doklady čestným prohlášením.

7. Požadavky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena předmětu veřejné zakázky v korunách českých. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady související s dodáním, dopravou, instalací, zprovozněním přístroje včetně příslušenství, zaškolením obsluhy a předáním veškeré dokumentace.

Nabídková cena za dodávky bude uvedena v nabídce dodavatele v příloze č. 3 návrh kupní smlouvy a v krycím listu nabídky - příloha č. 1 této zadávací dokumentace ve formátu xls (MS Excel), který je pro účastníky pro zpracování nabídky závazný.

Nabídková cena i dílčí ceny budou uvedeny v české měně v požadovaném členění.

V případě jakéhokoliv rozporu v cenových údajích v nabídce dodavatele se za hodnotu celkové nabídkové ceny považuje údaj uvedený v návrhu kupní smlouvy. Formulář pro uvedení nabídkové ceny v požadovaném členění je součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena bude uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH v korunách českých.

Nabídková cena bude rovněž zahrnovat předpokládaný vývoj cen až do zániku závazků ze smlouvy, vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám a další finanční vlivy.

8. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou předloženy v jednom originálu v elektronické formě na profil zadavatele v českém jazyce, viz odkaz:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html.

V případě cizojazyčných dokladů je dodavatel povinen předložit tento doklad s překladem do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka, kontaktní údaje a nabídkovou cenu (viz příloha č. 1).
- Doklady k prokázání kvalifikace účastníka včetně čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou účastníka (viz příloha č. 2).
- Návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou účastníka (viz příloha č. 3). Součástí kupní smlouvy je Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Cenová nabídka. Cenová nabídka bude sestavena z dílčích položek za předmět plnění a bude obsahovat cenu vč. DPH a bez DPH uvedenou v Kč, bude podepsána oprávněnou osobou účastníka.

- Referenční dodávky (viz příloha č. 4)
- Ostatní materiály vztahující se k nabídce.

9. Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu v Kč bez DPH nelze překročit za žádných podmínek.

10. Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

11. Jistota

Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve smyslu § 41 zákona.

12. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Dodavatel do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik návrhu kupní smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží s nabídkou jako svůj návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 6 odstavec 4 ZZVZ zohledňuje vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady odpovědného zadávání. Bližší podmínky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy.

Návrh kupní smlouvy tvoří příloha č. 3 této zadávací dokumentace. Předložený návrh kupní smlouvy musí být podepsaný oprávněnou osobou.

13. Další podmínky a informace k veřejné zakázce

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel si je vědom své odpovědnosti za vymezení zadávací dokumentace tak podrobně, aby dodavatelé byli schopni zpracovat porovnatelné nabídky. Vyzývá proto dodavatele, u kterých vyvstane potřeba, aby si vyjasnili či vysvětlili pro náležité pochopení informace uvedené v zadávacích podmínkách, aby využili svého práva a po zadavateli požadovali písemné vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být podána elektronickou formou. Zadavatel doporučuje pro přehlednost využívat k podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou poštu. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace je mmaule@nem-tr.cz.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace může být doručena zadavateli i prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na internetové adrese https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html pod názvem veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 uveřejní stejným způsobem, jakým byla uveřejněna výzva, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty uvedené výše. To znamená, že za včasné

podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude zadavatel považovat každou žádost podanou nejpozději 7. pracovní den před dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Forma komunikace

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky s výjimkou případů popsaných v ustanovení § 211 odstavec 3 ZZVZ.

Elektronická komunikace zadavatele s účastníky společné nabídky

V případě, že nabídku podává více osob společně (společná nabídka více dodavatelů), pak pro účely elektronické komunikace určí v Krycím listu nabídky jednu adresu datových schránek a uvedou i jednu adresu elektronické pošty, na kterou budou zasílány všechny písemnosti týkající se účastníků zadávacího řízení a související se zadávacím řízením. Doručení na výše popsané adresy se v takovém případě považuje za doručení všem účastníkům společné nabídky.

14. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky musí být podány písemně, v elektronické formě nejpozději **do 13. 7. 2022 do 10.00 hod.**

Nabídky v elektronické podobě:

- musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, prostřednictvím elektronického nástroje, kterým je profil zadavatele v systému E-ZAK: viz odkaz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html
- nabídky se předkládají v jednom vyhotovení, přičemž účastník vloží na profil zadavatele buď celou nabídku v jednom naskenovaném dokumentu, nebo vloží jednotlivé požadované dokumenty zvlášť
- krycí list, který je povinnou součástí nabídky, musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka, dodavatel použije buď elektronický podpis, nebo osoba oprávněná jednat za dodavatele podepíše listinnou formu nabídky před vytvořením elektronické kopie
- při odeslání nabídky a vložení na profil zadavatele bude systémem vyžadován elektronický podpis!
- podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce: <https://ezak.kr-vysocina.cz/manual.html>, v případě problémů kontaktujte: ezak@kr-vysocina.cz

Pozdní podání nabídky

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem a na místo stanovené v zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet.

Otevírání nabídek

Otevírání nabídek se bude řídit ustanoveními § 109 zákona.

15. Stanovení zadávací lhůty

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, v délce 120 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

16. Způsob hodnocení nabídek

Při splnění podmínek veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny dle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, přičemž nabídka s **nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH** se umístí jako první v pořadí.

Zakázka nebude dělena na části a bude zadána jednomu účastníkovi.

17. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:

- Změnit nebo doplnit podmínky zadávacího řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, a to buď na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem dodavatelům, kterým byla kompletní zadávací dokumentace (textová část včetně příloh) poskytnuta. Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci.
- Zrušit zadávací řízení, a to v souladu s ustanoveními § 127 zákona.

Pokud zadavatel využije svého práva a zadávací řízení zruší, nevzniká účastníkům zadávacího řízení žádný nárok na úhradu nákladů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ani nárok na náhradu případné škody nebo ušlého zisku.

Dodavatel, který bude vybrán k uzavření smlouvy podle § 122 zákona, bude povinen zadavateli předložit níže uvedené doklady:

Vybraný dodavatel, ať už právnická či fyzická osoba, předloží podle § 122 odst. 3, písm. a) zákona originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nebude mít k dispozici (zejm. z nabídky dodavatele).

U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů“). Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o zadávacím řízení. Pokud nebude možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů (k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží) zadavatel vybraného dodavatele vyloučí.

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence:

- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. Pokud požadované údaje a doklady nepředloží, bude vybraný dodavatel zadavatelem vyloučen.

V případě, že vybraný dodavatel splní povinnosti dle ustanovení čl. 18 této zadávací dokumentace, zadavatel uzavře smlouvu v souladu s jeho nabídkou a to bez zbytečného odkladu, avšak až po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 zákona.

Zadavatel v souladu s Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 vyloučí dodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Zadavatel rovněž v souladu s Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 vyloučí dodavatele, který prokazuje kvalifikaci společně s jiným dodavatelem či prostřednictvím poddodavatele, jehož podíl na plnění veřejné zakázky tvoří více než 10 % hodnoty zakázky, kteří jsou:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.“

18. Závěrečná ustanovení

Podáním nabídky účastník souhlasí s obsahem zadávacích podmínek.

Nároky účastníků

Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Účastník svou účastí v zadávacím řízení souhlasí s možností zveřejnění obsahu obchodních smluvních vztahů z něj vyplývajících.

Vztahy neupravené ZD se řídí ustanoveními zákona.

19. Zadávací dokumentace

Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění podmínek kvalifikace
- Příloha č. 3 Návrh Kupní smlouvy včetně přílohy č. 1 – cenová nabídka
- Příloha č. 4 Referenční dodávky

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu poskytuje výzvu dodavatelům prostřednictvím profilu zadavatele – viz odkaz: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html, kde je výzva ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek uveřejněna v plném rozsahu (tj. textová část i ostatní části) po bezplatné registraci. Při registraci je dodavatel povinen uvést kontaktní údaje pro elektronickou komunikaci ve věcech zadávacího řízení.

Zadavatel poskytne dodavatelům výzvu (včetně příloh) pouze ve formátu, ve kterém je uveřejněna na profilu zadavatele.

V Třebíči dne

Ing. Eva Tomášová
ředitel