

**Nadlimitní veřejná zakázka
„Mikroskop laboratorní“ – dodatečné informace č. 2**

Dne 6. 10. 2022 byly vzneseny dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1

Bude zadavatel akceptovat stolek mikroskopu s pravostranným hřebenovým vedením preparátu s univerzálním ovládáním?

Odpověď 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat stolek mikroskopu s pravostranným hřebenovým vedením preparátu s univerzálním ovládáním.

Na základě úpravy podmínek zadávacího řízení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 16. 11. 2022 do 10:00.**

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel