

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Věž artroskopická Full HD |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2022-036392 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč |
| IČ: | 00839396 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Nadlimitní |

Zadavatel obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpověď.

Ze znalosti trhu a technologie se domníváme, že minimální technické parametry předmětu plnění uvedené v příloze č. 1 ZD neobsahují některé komponenty, potřebné k užívání technologie jako funkčního celku. Pro vyloučení pochybností prosíme o vyjádření k následujícím dotazům:

Dotaz č. 1:

Endoskopický vozík

V ZD není požadován endoskopický vozík pro umístění a propojení přístrojů specifikovaných v Příloze č. 1 ZD. Skutečně není požadován nebo má být součástí dodávky? Pokud je požadován, prosíme o bližší specifikaci.

Odpověď č. 1

Zadavatel vyžaduje dodání kompletní funkční věže, tedy včetně endoskopického vozíku. Do technických standardů doplnil zadavatel podrobný technický popis požadovaného vozíku. Současně zadavatel doplnil do položkového rozpočtu položku č. 10 pro endoskopický vozík.

Dotaz č. 2:

Bateriový systém pro kostní operace v traumatologii

V Příloze č. 1 ZD není u položky "Bateriový systém pro kostní operace v traumatologii" požadováno příslušenství jako např.: nástavec AO, nástavec na K-dráty, nástavec na oscilační pilu, sterilizační síto a olej pro motorové systémy. Skutečně není toto příslušenství požadováno nebo má být rovněž součástí dodávky? Pokud je požadováno, prosíme o bližší specifikaci.

Odpověď č. 2

Zadavatel vyžaduje dodání kompletního a plně funkčního bateriového systému pro kostní operace, tedy včetně nezbytného příslušenství. Do technických standardů tak zadavatel doplnil podrobný technický popis požadovaného příslušenství.

Dotaz č. 3:

Bateriové systémy pro kostní operace

V Příloze č. 1 ZD není požadován žádný spotřební materiál nutný pro celkovou funkčnost a zprovoznění systému. Skutečně není tento spotřební materiál požadován nebo má být rovněž součástí dodávky? Pokud je požadován, prosíme o bližší specifikaci množství, typů, a s ohledem na budoucí provozní náklady prosíme i o upřesnění, zda je nyní požadován dodat resterilizovatelný nebo jednorázový spotřební materiál a jaký bude dále požadován v rámci dokupů spotřebního materiálu k bateriovým systémům v průběhu celé životnosti obou systémů.

Odpověď č. 3

Zadavatel vyžaduje dodání kompletní funkční věže v souladu s platnou legislativou, tedy včetně příslušenství nezbytného k zajištění funkčnosti dodaného vybavení ihned po dodání. Dodané příslušenství musí být resterilizovatelné. Součástí bateriového systému pro kostní operace je rovněž požadována základní sada

pilových listů (10 ks). Součástí celkové ceny i jednotkových cen jednotlivých položek tak bude resterilizovatelné příslušenství nezbytné k zajištění funkčnosti dodaného přístrojového vybavení ihned po dodání.

INFORMACE 1

Zadavatel na základě výše uvedených odpovědí upravil přílohu č. 1 - Minimální technické parametry, kterou uveřejňuje v rámci tohoto vysvětlení (viz příloha č. 1). Příloha č. 1 - Minimální technické parametry – revize 10.10.2022 se tímto ruší a nově uveřejněná se stává součástí zadávací dokumentace (viz příloha č. 1).

Zadavatel současně na základě výše uvedených odpovědí upravil přílohu č. 3 smlouvy – Položkový rozpočet (viz příloha č. 2). Původní příloha č. 3 smlouvy – Položkový rozpočet se tímto ruší a nově uveřejněná se stává součástí zadávací dokumentace (viz příloha č. 2).

INFORMACE 2

Z důvodu změny, nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

| | |
|------------------|---|
| Bod IV.2.2) nově | Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 21. 11. 2022 Čas: 10:00 hodin |
| Bod IV.2.7) nově | Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 21. 11. 2022 Čas: 10:01 hodin |

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Svazek 1 příloha č. 1 - Minimální technické parametry - revize 14.10.2022

Příloha č. 2 - Svazek 3 - příloha č. 3 smlouvy – Položkový rozpočet – revize 14.10.2022