

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 3 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:

Vybavení operačních sálů

Část 1 – Vyšetřovací světla

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení

Evidenční číslo zadavatele:

O-2022-9

Evidenční číslo ve VVZ:

Z2022-040386

Zadavatel:

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Statutární zástupce:

MUDr. Lukáš Velev, MHA

Sídlo:

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

IČ/DIČ:

0090638/CZ00090638

E-mail:

sekretariat@nemji.cz

Web:

www.nemji.cz

Tel:

567 157 111

Datová schránka:

4srk6jw

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tímto odpovídá na obdržené dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele, na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Část 1 – Vyšetřovací světla

Dotaz č. 1:

Zadavatel ve výběrovém řízení „Vybavení operační sálů“ v části „Část 1 – Vyšetřovací světla“ dokumentu „Příloha č. 3 - Technická specifikace dodávky č.1“ uvádí parametr „Teplota chromatičnosti - 4300 K“.

Účastník nabízí vyšetřovací svítidla s teplotou chromatičnosti nastavitelnou ve dvou krocích 4000 a 4500 K. Účastníkem nabízené řešení je i v toleranci +/- 10 % k hodnotě 4300 K.

Bude Zadavatel akceptovat Účastníkem nabízené řešení teploty chromatičnosti nastavitelné ve dvou krocích 4000 a 4500 K, které nikterak nemění medicínský účel a převyšuje Zadavatelem požadovaný parametr?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním znění požadavku.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace