



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Transportní ventilátory
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení
ev. č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2022-037182
ev. č. VZ u zadavatele:	09/22/VZ

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 27.10. 2022 v 11:17 hodin Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Žádost“).

Zadavatel sděluje, že Žádost byla zadavateli doručena v polovině posledního pracovního dne přede dnem ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. výrazně po lhůtě stanovené zadavatelem v Zadávací dokumentaci ze dne 16.9.2022 (dále jen „ZD“), ve které je v odst. 13.3.3 uvedeno, že za včasně podanou žádost o vysvětlení ZD bude zadavatel považovat „*každou žádost podanou nejpozději 8 pracovní den před dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek*.“ Toto ustanovení zadavatel v ZD stanovil ve smyslu ust. § 98 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel i přes to, že Žádost nebyla doručena včas rozhodl, že vysvětlení poskytne. Doslovné znění dotazu včetně odpovědi zadavatele jsou uvedeny níže:

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
V technické specifikaci předmětu plnění je požadavek na Nastavení dechové frekvence minimálním rozsahu 2-60 dechů za minutu. Bude zadavatel akceptovat ventilátor, který má nastavení dechové frekvence v rozsahu 3-80 dechů za minutu?
Znění odpovědi:
Zadavatel nebude akceptovat ventilátor, který má nastavení dechové frekvence v rozsahu 3-80 dechů za minutu a i nadále trvá na požadavku č. 17 stanoveném v příloze č. 2 ZD ve znění: „Nastavení dechové frekvence v minimálním rozsahu 2-60 dechů za minutu.“

Zadavatel doplňuje, že se jedná o standardní požadavek, který může splnit více výrobců transportních ventilátorů.

Uveřejnění a poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace

V souladu s článkem 13.3 ZD je pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace využito elektronických prostředků. Vysvětlení ZD včetně přesného znění Žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html.

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

V Novém Městě na Moravě dne 27.10.2022

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

.....
JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice