

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Zdravotnické přístroje II
Část veřejné zakázky:	část 1 – Rentgenové přístroje
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2022-043010
Identifikátor části zakázky (systémové číslo):	P22V00000657
Datum zahájení zadávacího řízení:	21. 10. 2022
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
IČO:	00511951
Adresa sídla:	Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_197.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace zastupující zadavatele v zadávacím řízení Ing. Marek Bena, e-mail: benam@pkkv.cz , tel.: 604 119 057

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 1. 11. 2022 žádost dodavatele o vysvětlení, resp. změnu zadávací dokumentace pro shora uvedenou část této veřejné zakázky a v souladu se zákonem a čl. 13.1 Zadávací dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v Příloze č. 1 Zdravotnické přístroje II část 1 – Rentgenové přístroje na straně 2 v sekci Teleskopický stropní závěs:

Motorizovaný i manuální vertikální rozsah pohybu min. 170 cm

Zadavatelem požadovaný parametr námi dodávaný systém nesplňuje.

Bude zadavatel akceptovat přístroj špičkové kvality, jež splňuje všechny ostatní technické parametry a jehož výrobce má v oblasti radiodiagnostiky dlouholeté zkušenosti, jehož teleskopický stropní závěs má rozsah vertikálního pohybu 160 cm?

Dotaz č. 2:

Zadavatel v Příloze č. 1 Zdravotnické přístroje II část 1 – Rentgenové přístroje na straně 2 v sekci Vertikální stativ:

Motorizovaný vertikální rozsah pohybu min. 185 cm

Předpokládáme, že se u tohoto parametru jedná o administrativní nedopatření, jelikož takto velkým rozsahem vertigrafu nedisponuje žádný přístroj. Zadavatelem požadovaný parametr námi dodávaný systém proto nesplňuje.

Bude zadavatel akceptovat přístroj špičkové kvality, jež splňuje všechny ostatní technické parametry a jehož výrobce má v oblasti radiodiagnostiky dlouholeté zkušenosti, který má vertikální rozsah pohybu stativu 158 cm?

Odpověď zadavatele:**ad Dotaz č. 1:**

Zadavatel na uvedené technické podmínce trvá, neboť má své medicínské odůvodnění. Vertikální rozsah pohybu teleskopického sloupu stropního závěsu a vertikálního stativu musí korespondovat s prováděnými skiagrafickými projekcemi, které na tomto pracovišti kladou vysoké nároky na skiagrafický přístroj. Například funkční snímky dolních končetin, snímky batolat ve stoje vyžadují rentgenku i vertikální stativ v co nejnižší poloze vůči podlaze, naopak RTG projekce lebky u dospělých pacientů, zvláště u těch vysokých, naopak vyžadují RTG přístroj v maximální možné vzdálenosti od podlahy. Nelze opomenout ani velmi frekventované šikmé projekce ramenního kloubu s kaudálním sklonem rentgenky, kdy je ohnisko zářiče vysoko nad úrovní ramene.

ad Dotaz č. 2:

Nejedná se o administrativní nedopatření. Zadavatel na uvedené technické podmínce trvá. Jedná se o motorizovaný pohyb vertikálního stativu s min. vzdáleností středu vertikálního stativu od podlahy ve výšce 185 centimetrů.

Tento požadavek je medicínsky odůvodněn. Vertikální rozsah pohybu teleskopického sloupu stropního závěsu a vertikálního stativu musí korespondovat s prováděnými skiagrafickými projekcemi, které na tomto pracovišti kladou vysoké nároky na skiagrafický přístroj. Například funkční snímky dolních končetin, snímky batolat ve stoje vyžadují rentgenku i vertikální stativ v co nejnižší poloze vůči podlaze, naopak RTG projekce lebky u dospělých pacientů, zvláště u těch vysokých, vyžadují RTG přístroj v maximální možné vzdálenosti od podlahy. Nelze opomenout ani velmi frekventované šikmé projekce ramenního kloubu s kaudálním sklonem rentgenky, kdy je ohnisko zářiče vysoko nad úrovní ramene.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2022

.....
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA

ředitel

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
podepsáno elektronicky