

## Vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace část 5 - č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

<b>Veřejná zakázka</b>	
<b>Název:</b>	<b>Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. II a III</b>
<b>Část veřejné zakázky:</b>	<b>Část 5 – Monitorovací systémy</b>
<b>Evidenční číslo ve Věstníku VZ:</b>	Z2022-049495
<b>Identifikátor zakázky (systémové číslo):</b>	Část 5 – P22V00000895
<b>Datum zahájení zadávacího řízení:</b>	2. 12. 2022
<b>Zadavatel</b>	
<b>Název:</b>	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
<b>IČO:</b>	00179540
<b>Adresa sídla:</b>	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
<b>Osoba oprávněná jednat za zadavatele:</b>	Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html">https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html</a>
<b>Kontaktní osoba zadavatele:</b>	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Ladislav Šerák, +420 731 025 486, <a href="mailto:serak@pkkv.cz">serak@pkkv.cz</a>

**Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace** jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 20. 12. 2022 níže uvedenou zprávu, na kterou nyní odpovídá:

### dotaz:

Dobrý den,

zasíláme dotazy:

#### **Dotaz č.1 k monitorům v části 5**

Ve veřejné zakázce Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. II a III část 5 Monitorovací systémy zadavatel požaduje kompatibilitu, jedná se o obměnu nebo pouze doplnění stávajících monitorů? Jaký počet původního vybavení bude zadavatel nadále využívat? Umožní zadavatel uchazečům nabídnout za toto původní zařízení adekvátní náhradu? Nebo již zadavatel původní zařízení využívat vůbec nebude? Může zadavatel uvést typ stáří a verzi s jakou má být dodržena kompatibilita?

#### **Dotz č.2 k EKG, které jsou součástí části 5 monitorovací systém**

Ve veřejné zakázce Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. II a III část 5 Monitorovací systémy ve specifikaci předmětu plnění u EKG zadavatel uvádí připojení do SW systému Cadiosoft. Může uchazeč dodat vlastní software? Umožňuje systém Cadiosoft propojení pomocí HL7? Jakou verzi Cadiosoftu zadavatel využívá?

#### **Dotazy a odpovědi k monitorovacím systémům:**

Ve veřejné zakázce Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. II a III část 5 Monitorovací systémy zadavatel požaduje kompatibilitu, jedná se o obměnu nebo pouze doplnění stávajících monitorů?

- **Zadavatel požaduje dodávku zařízení dle specifikace s tím, že musí být kompatibilní, jak je uvedeno ve specifikaci předmětu plnění v části „Kompatibilita“ z důvodu, že část systémů zůstává stávající.**

Jaký počet původního vybavení bude zadavatel nadále využívat?

- **Toto rozhodnutí je na zadavateli. Tento požaduje dodávku zařízení, jak uvádí v dokumentaci.**

Umožní zadavatel uchazečům nabídnout za toto původní zařízení adekvátní náhradu?

- **Zadavatel požaduje zařízení, které bude kompatibilní, jak uvádí v dokumentaci či specifikaci předmětu plnění.**

Nebo již zadavatel původní zařízení využívat vůbec nebude?

- **Zadavatel odpověděl výše.**

Může zadavatel uvést typ stáří a verzi s jakou má být dodržena kompatibilita?

- **Pro kompatibilitu je určující typ a SW verze, kterou aktuálně daný přístroj obsahuje. Všechna zařízení obsahují aktuální platný SW v nejnovější verzi, která je doporučena výrobcem. Typy zařízení jsou uvedeny ve specifikaci předmětu plnění.**

#### **Dotazy a odpovědi k EKG:**

Může uchazeč dodat vlastní software?

- **Zadavatel, jak uvádí ve specifikaci předmětu plnění, požaduje připojení do stávajícího SW (který již provozuje na stávajícím vybavení), nikoliv nový SW.**

Umožňuje systém Cadiosoft propojení pomocí HL7?

- **Podmínky a parametry produktu/SW si lze obecně zjistit např. na stránkách výrobce.**

Jakou verzi Cardiosoftu zadavatel využívá?

- **Zadavatel používá aktuální platný SW v nejnovější verzi 6.73.**

### **Prodloužení lhůty pro podání nabídek**

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a doplnění informací zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **6. 1. 2023 v 10.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Toto vysvětlení / změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_194.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html).

V Havlíčkově Brodě dne 22.12.2022

.....  
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace  
*podepsáno elektronicky*