

Minimální technické parametry pro Chladničku laboratorní

Technické parametry

- objem brutto min. 600 l
- dynamický systém chlazení s ventilátorem pro zajištění cirkulace vzduchu
- automatický způsob odmrazování v chladicí části
- rozhraní: RS 485
- vnější ukazatel teploty chladicí části
- digitální kontrolka činnosti chladicí části
- teplotní rozsah minimálně v rozsahu 0 °C až +15 °C
- hloubka poliček: min. 60 cm
- madlo
- kolečka
- zámek
- samozavíratelné dveře, zaměnitelné stranové otevírání při instalaci
- dveře plné
- délka přívodního kabelu min. 350 cm