

**Nadlimitní veřejná zakázka
„Centrifuga stolní“ – dodatečné informace č. 1**

Dne 9. 1. 2023 byly vzneseny dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1

Je pro vás přípustné nabídnutí centrifug, které k výměně rotoru využívají jednoduchý nástroj?

Odpověď 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat výměnu rotoru s využitím nástroje, ale musí se jednat o uživatelskou výměnu, která je uvedena v návodu k obsluze jako uživatelská.

Z důvodu změny, nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově	Lhůta pro doručení nabídek:
	Datum: 13. 2. 2023 Čas: 10:00
Bod IV.2.7) nově	Podmínky pro otevírání nabídek:
	Datum: 13. 2. 2023 Čas: 10:01

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Příloha:
Příloha č. 2 Minimální technické parametry (revize 11. 1. 2023)